



**A.S.L. VC**

Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

## **CAPITOLATO SPECIALE DI GARA**

**APPALTO CONGIUNTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER  
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER  
ENDOSCOPIA DIGESTIVA  
OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. VC-BI-NO-VCO  
E ALL’ A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA’ DI NOVARA  
AFFERENTI ALL’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N°3**

**(numero gara SIMOG 6941936)**

**periodo della fornitura: 36 mesi**

**Importo posto a base d’asta non superabile**

**€ 5.669.334,45 - I.V.A. esclusa.**

**Normativa di riferimento: D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 – art. 60 e s.m.i.**

**Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa**



## INDICE

A – PREMESSA .....	4
B – R.U.P. DELLA PROCEDURA DI GARA, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AZIENDALE E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	5
1. INFORMAZIONI GENERALI.....	7
1.1 Oggetto dell'appalto.....	7
1.2 Durata e importo dell'appalto.....	7
1.3 Caratteristiche e quantità.....	7
1.4 Richieste di chiarimenti.....	7
1.5 Comunicazioni .....	8
1.6 Obblighi in materia di sicurezza .....	8
1.7 Requisiti di partecipazione .....	8
1.8 Avvalimento.....	10
1.9 Subappalto .....	10
1.10 Informazioni aggiuntive .....	10
1.11 Riservatezza delle informazioni e trattamento dei dati .....	11
1.12 Trasparenza amministrativa e diritto d'accesso.....	11
2. DISCIPLINARE DI GARA .....	12
2.1 Composizione del plico dell'offerta.....	12
2.2 Irregolarità dei documenti d'offerta – Soccorso istruttorio.....	18
2.3 Verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate .....	18
2.4 Procedura di selezione ed elementi di valutazione.....	19
2.5 Commissione Giudicatrice .....	20
2.6 Sedute di gara.....	21
3. DISCIPLINARE D'APPALTO – ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....	24
3.1 Aggiudicazione definitiva. Documentazione a carico dell'aggiudicatario. Stipulazione di contratto. Spese di contratto .....	24
3.2 Garanzia definitiva .....	26
4. ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	27
4.1 Obblighi dell'aggiudicatario.....	27
4.2 Sicurezza .....	27
4.3 Responsabilità dell'appaltatore – polizza assicurativa .....	27
4.4 Subappalto, cessione di contratto e cessione del credito.....	27
4.5 Modalità di esecuzione della fornitura .....	28
4.6 Controlli merceologici e verifiche di conformità.....	29
4.7 Modalità di fatturazione e pagamenti.....	30
4.8 Divieto di sospensione della fornitura .....	30
4.9 Prezzi .....	31
4.10 Modifiche in corso di esecuzione del contratto .....	31
4.11 Rinegoziazioni condizioni contrattuali .....	31
4.12 Inadempimenti contrattuali. Penalità .....	31
4.13 Clausola risolutiva espressa.....	32
4.14 Recesso.....	33



**A.S.L. VC**

Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

---

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

4.15 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni .....	34
4.16 Gestione delle controversie. Foro competente .....	34
4.17 Rinvio .....	34
5. CAPITOLATO TECNICO .....	35
5.1 Caratteristiche generali e requisiti minimi .....	35
5.2 Caratteristiche specifiche dei prodotti .....	35
5.3 Campionatura .....	35
5.4 Elenco prodotti in gara, relative specifiche tecniche, previsione fabbisogno annuale, parametri punteggio qualità Evoluzione dei prodotti .....	36

## ALLEGATI

**ALLEGATO 1** : Domanda di partecipazione

**ALLEGATO 2** : Documento di gara unico europeo - D.G.U.E.

**ALLEGATO 3** : Patto di Integrità

**ALLEGATO 4** : CIG, prezzo singolo a base d'asta, fabbisogni complessivi AIC per 36 mesi, importo complessivo del lotto non superabile (36 mesi) - valido ai fini dell'aggiudicazione, importo deposito cauzionale provvisorio, importo contributo

**ALLEGATO 5**: Dichiarazione busta A

**ALLEGATO 6**: Schema di offerta economica



## **Premessa**

### **A) Premessa**

Il presente Capitolato Speciale di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla ASL “VC” di seguito denominata “Stazione Appaltante” per l’affidamento della fornitura di **DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. VC-BI-NO-VCO** e all’A.O.U. **MAGGIORE DELLA CARITA’** di Novara, afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento n. 3 (Appalto congiunto – Considerando 71 Direttiva 2014/24/UE).

In qualità di Stazione appaltante rientra nell’esclusiva competenza della ASL “VC” lo svolgimento delle attività connesse alla procedura di gara sino all’aggiudicazione definitiva ed ai controlli propedeutici alla stipula dei contratti.

La stipula e la gestione del rapporto contrattuale sarà affidata alle singole Aziende Sanitarie e Ospedaliere cui è destinata la fornitura (Amministrazioni contraenti).

Il Capitolato Speciale è articolato nelle seguenti sezioni:

1. Informazioni generali
2. Disciplinare di gara
3. Disciplinare d’appalto – adempimenti preliminari alla stipulazione del contratto
4. Esecuzione del contratto
5. capitolato Tecnico

La gara è regolata dalle norme legislative vigenti in materia, in particolare tutta la normativa comunitaria, nazionale, regionale e locale in materia di appalti di opere, servizi e fornitura.

Il bando di gara, inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo delle AA.SS.LL. VC, BI, NO, VCO e A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara e sul sito informatico dell’Osservatorio della Regione Piemonte [www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio](http://www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio), mentre l’avviso per estratto è pubblicato sui seguenti giornali: Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, Italia Oggi, La sesia, Il Giornale del Piemonte. I relativi costi saranno addebitati dalla ASL VC alle ditte aggiudicatarie come prevede la normativa vigente.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, della Legge n. 241/1990, il termine del procedimento è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La procedura di gara sarà espletata nell’osservanza delle norme contenute nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito anche denominato “Codice”), nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 ed in tutte le rimanenti disposizioni normative vigenti.



**B) R.U.P. della procedura di gara , Responsabile del Procedimento Aziendale e Direttore dell' Esecuzione del contratto**

Il R.U.P. della presente procedura di gara è la Dr.ssa Maria Raiteri, nominata con deliberazione del direttore generale dell' ASL VC n° 1224 del 22/12/2017.

Successivamente all'aggiudicazione definitiva si darà applicazione all'articolo 37 – comma 11 D.Lgs 50/2016 – in merito alle responsabilità delle singole aziende contraenti.

Ogni singola Azienda Sanitaria e Ospedaliera contraente provvederà, a designare il Responsabile del Procedimento Aziendale (R.U.P. Aziendale).

Il R.U.P. Aziendale:

- svolge, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
- autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice;
- compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- svolge, su delega del soggetto di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, i compiti ivi previsti;
- provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all' Osservatorio A.N.A.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione e della corruzione anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e s.m.i.;
- trasmette, al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità:
  - a) copia degli atti di gara;
  - b) copia del contratto;
  - c) documenti contabili;
  - d) risultanza degli accertamenti della prestazione effettuata;
  - e) certificati delle eventuali prove effettuate;
- conferma l'attestazione di regolare esecuzione attestata dal direttore dell'esecuzione;



**A.S.L. VC**

Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

[www.aslvc.piemonte.it](http://www.aslvc.piemonte.it)

Posta certificata: [aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it](mailto:aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it)

---

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

- predisporre, con riferimento ai compiti di cui all'art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all'organo che lo ha nominato e, al termine dell'esecuzione, presentare una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa.

Le aziende contraenti nomineranno, se del caso, il Direttore dell'Esecuzione (D.E.C.), al quale sarà affidata la responsabilità della gestione del contratto.



## **1. INFORMAZIONI GENERALI**

### **1.1 Oggetto dell'appalto**

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA occorrenti alle AA.SS.LL. VC-BI-NO-VCO e all' A.O.U. Maggiore della carità di Novara afferenti alla Area Interaziendale di Coordinamento n° 3, suddivisa in 157 (centocinquantesette) lotti non frazionabili meglio descritti nel Capitolato Tecnico.

### **1.2 Durata e importo dell'appalto**

La durata dell'appalto è fissata in 36 mesi con decorrenza dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto. E' escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

E' possibile estendere, ai sensi dell'art. 106 D.Lvo 50/2016 e s.m.i., il termine di scadenza del contratto, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni pattuite:

- fino a concorrenza dell'importo di aggiudicazione, qualora nell'arco della durata dello stesso l'ammontare delle forniture ordinate risulti inferiore all'importo di aggiudicazione;
- nella misura strettamente necessaria, qualora entro il termine di scadenza del contratto non sia possibile stipulare nuovi contratti di fornitura.

L'importo complessivo per tutti i lotti in gara posto a base d'asta non superabile per l'intera durata di 36 mesi è di € 5.669.334,45 IVA esclusa.

Non sono stati individuati oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale che pertanto sono pari a € 0,00.

**L'importo complessivo NON SUPERABILE valido ai fini dell'aggiudicazione, per ciascun lotto è indicato nell' "allegato 4", non saranno pertanto ammesse offerte che prevedano oneri economici superiori a tale valore complessivo posto a base d'asta.**

### **1.3 Caratteristiche e quantità**

Per ogni lotto in gara le caratteristiche tecniche generali, i requisiti minimi, le caratteristiche minime essenziali, a pena di esclusione, i criteri di valutazione della qualità, i consumi annuali presunti (quantità) relativamente a ciascuna Azienda Sanitaria e a ciascun lotto sono descritti nel Capitolato Tecnico.

### **1.4 Richieste di chiarimenti**

I concorrenti potranno inviare richieste di chiarimenti e/o precisazioni (in formato word) fino al 20° (ventesimo) giorno (**12/02/2018**) antecedente la scadenza del termine stabilito per la presentazione dell'offerta esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: [provveditorato@aslvc.piemonte.it](mailto:provveditorato@aslvc.piemonte.it).

Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente a tale termine.



**A.S.L. VC**

Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI  
Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284  
www.aslvc.piemonte.it  
Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

---

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito web dell' ASL "VC" [www.aslvc.piemonte.it](http://www.aslvc.piemonte.it) , Albo Pretorio – sezione "Gare e Bandi/Avvisi", entro e non oltre il giorno **23/02/2018.**

**E' pertanto onere esclusivo dei concorrenti prendere visione del sito web della Stazione Appaltante prima della spedizione del plico contenente l'offerta per verificare la presenza di eventuali rettifiche/note integrative.**

### **1.5 Comunicazioni**

Salvo quanto disposto nel precedente articolo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli operatori stessi. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate; diversamente, l'Azienda declina, sin da ora, ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

### **1.6 Obblighi in materia di sicurezza**

Il Committente, in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come specificato all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e smi, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, vista la natura dell'appalto, non si evidenziano rischi da interferenza nelle attività descritte nel capitolato che rientrano tra quelle indicate all'art. 26 c. 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e smi.

*Restano, in ogni caso, a carico della ditta aggiudicataria gli obblighi relativi alla applicazione del D.Lgs. 81/08 e smi per i rischi dovuti alla propria attività lavorativa così come la dotazione per il proprio personale, ove necessaria, di mezzi ed indumenti idonei a garantire le condizioni di sicurezza in relazione all'attività svolta.*

### **1.7 Requisiti di partecipazione (artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)**

Ferme restando le modalità di presentazione dell'offerta di cui ai successivi articoli, la partecipazione alla presente procedura di gara è riservata, **a pena di esclusione**, agli operatori economici di cui all'art. 45 del D. L.gs 50/2016 e s.m.i. che:

- non ricadono in uno dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 del D.Lgs . 50/2016 e s.m.i.
- possiedono i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs . 50/2016 e s.m.i..

La presenza delle suddette condizioni deve essere attestata dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta concorrente presentando il documento di gara unico europeo (DGUE), con riferimento a tutte le casistiche previste dal citato art. 80 relativo all'assenza di motivi di esclusione, e al possesso di requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, e di capacità tecnica e professionale.



Le condizioni di cui sopra sono richieste al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto di gara, in considerazione dell'interesse pubblico all'erogazione di un servizio/fornitura di elevata qualità.

### **1.7.1. Requisiti di idoneità professionale**

Per partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti dovranno dimostrare di essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel settore relativo all'oggetto della presente procedura.

Ai concorrenti aventi sede in altro Stato membro, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'[allegato XVI](#), mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione

A dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale la ditta concorrente dovrà compilare l'apposita sezione del "Documento di gara unico europeo - DGUE";

### **1.7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Per i requisiti di capacità economica e finanziaria la ditta concorrente dovrà dichiarare :

- di vantare corretti rapporti con Istituti di credito.

A tal fine dovrà presentare:

**Almeno una dichiarazione bancaria** prodotta ai sensi dell'art. 83 - comma 1 - lettera b) del Codice e dell'Allegato XVII lettera a) rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385 dalle quali risulti che l'impresa ha sempre fatto fronte a tutti gli impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso delle capacità economiche e finanziarie per l'adeguato svolgimento del servizio oggetto di gara.

### **1.7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale**

Ai fini della partecipazione alla presente gara i concorrenti dovranno dichiarare :

- Elenco delle principali forniture analoghe a quelle oggetto della presente gara (dispositivi medici per gastroenterologia ed endoscopia digestiva) effettuate nel corso degli ultimi tre anni di gestione (2015, 2016, 2017), con l'indicazione degli importi, delle date e dei



destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse. A tal fine dovrà compilare il “Documento di gara unico europeo - DGUE”- parte IV- Criteri di selezione Lettera C: 1b)

Qualora per una ragione giustificata, ivi compresa la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, il soggetto offerente non sia in grado di provare nei modi richiesti dal presente articolo la propria capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale, sarà ammesso a provare tali requisiti mediante altro documento considerato idoneo dall’ASL VC, come previsto dall’articolo 86 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

### **1.8 Avvalimento**

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

**Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento, dovrà produrre, a pena di esclusione, la documentazione di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.**

Nella procedura di gara, non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla medesima procedura sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

### **1.9 Subappalto**

Il concorrente dovrà indicare all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice.

L’Azienda corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei soli casi previsti dall’articolo 105, comma 13 del Codice.

Il concorrente che intenda affidare a terzi in subappalto alcune prestazioni dovrà produrre in sede di gara la relativa dichiarazione (compilando l’apposita sezione del D.G.U.E.) in cui siano specificate puntualmente le prestazioni e le relative quote che si intendano subappaltare.

Nei casi di cui all’art. 105, comma 6 del Codice, il concorrente dovrà indicare una **terna di subappaltatori** ed allegare la documentazione atta a dimostrare l’assenza, in capo ai subappaltatori individuati, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Ai sensi dell’art. 105 del Codice è ammesso il subappalto in misura non superiore al 30 per cento dell’importo complessivo del contratto.

**N.B.** Si evidenzia che non sarà possibile effettuare subappalto di alcun genere ad imprese partecipanti, in qualsiasi forma, alla medesima procedura di gara.

### **1.10 Informazioni aggiuntive**

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 sul trattamento dei dati personali, si dichiara che tutte le informazioni legate alla presente gara saranno utilizzate alla sola finalità di accertare i requisiti di idoneità delle Ditte e comunque secondo criteri di liceità e correttezza.



**A.S.L. VC**

Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

[www.aslvc.piemonte.it](http://www.aslvc.piemonte.it)

Posta certificata: [aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it](mailto:aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it)

---

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

- Per eventuali **informazioni amministrative** relative al presente Capitolato le Ditte potranno rivolgersi a: SETTORE ACQUISTI A.S.L. VC (tel. 0161/593397-593393) – e-mail [provveditorato@aslvc.piemonte.it](mailto:provveditorato@aslvc.piemonte.it).

### **1.11 Riservatezza delle informazioni e trattamento dei dati**

Per la presentazione dell'offerta, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale.

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003, (Codice in materia di protezione dei dati personali):

- la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente;
- il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati;
- il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell'offerta e conseguentemente l'impossibilità di aggiudicazione della fornitura;
- i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

Il titolare dei dati è l' ASL VC. Il Responsabile dei dati è il Dirigente Responsabile del Settore Acquisti, in qualità di RUP della presente gara.

### **1.12 Trasparenza amministrativa e diritto di accesso**

Le domande per l'esercizio del diritto di accesso di cui alla Legge 7 Agosto 1990, n. 241, devono essere inoltrate alla Dr.ssa Maria Raiteri Dirigente Responsabile Settore Acquisti dell' "ASL VC", in qualità di RUP della presente gara, al seguente indirizzo: [aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it](mailto:aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it)

Nel caso di domande irregolari o incomplete l' ASL VC ne darà comunicazione al richiedente entro 10 giorni lavorativi. L'esame dei documenti è gratuito, mentre l'estrazione di copia è a pagamento.



## **2. DISCIPLINARE DI GARA**

### **2.1 Composizione del plico dell'offerta.**

L'offerta economica e la restante documentazione di gara dovranno essere contenute, **a pena di esclusione dalla procedura**, in un plico chiuso, sigillato sui lembi di chiusura.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestante l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico di cui sopra dovrà indicare le generalità del mittente ossia denominazione o ragione sociale della ditta concorrente (in caso R.T.I. di tutte le raggruppate, in caso di consorzio tutte le consorziate) e dovrà indicare la dicitura:

**“OFFERTA per la fornitura di dispositivi medici per endoscopia digestiva occorrenti alle AA.SS.LL. VC-BI-NO-VCO e all' A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA' di Novara, afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3 – LOTTO/I .....”**

Il plico dovrà pervenire alla **Azienda Sanitaria Locale “VC” Ufficio Protocollo A.S.L. VC – C.so Mario Abbiate n. 21, 13100 VERCELLI**, entro il termine perentorio delle **ore 15.00 del giorno 2 Marzo 2018**, pena l'irricevibilità dello stesso e comunque la non ammissione alla procedura.

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00, fino al termine perentorio sopra indicato.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo carico del mittente.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non saranno aperti e saranno considerati come non consegnati.

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, **a pena di esclusione dalla gara**, almeno 3 (tre) buste (non trasparenti) contenenti la documentazione di gara, come di seguito meglio specificato, chiuse e sigillate sui lembi di chiusura con le modalità di sigillatura innanzi indicate e controfirmata a scavalco su detti lembi:

Busta	Dicitura	Contenuto
✉ A	Documentazione amministrativa	Documentazione amministrativa
✉ B	Documentazione tecnica	Documentazione tecnica
✉ C	Offerta economica	Offerta economica



La **Busta A**, riportante sull'esterno la dicitura: "**Documentazione amministrativa**", dovrà contenere, la seguente documentazione numerata progressivamente secondo l'ordine sotto riportato (si intende che la stessa dovrà essere suddivisa per i diversi punti indicandone il numero):

**1. Domanda di partecipazione** alla gara (con elencazione **dei lotti offerti**) redatta in lingua italiana ed in carta libera, utilizzando il modulo **allegato "1"** del presente capitolato.

Alla domanda dovrà essere allegata la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

La domanda di partecipazione potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante, in tal caso, all'istanza dovrà essere **allegata copia conforme all'originale della relativa procura**.

Al riguardo si precisa che:

1. in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, consorzio o GEIE;
2. in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituito, la domanda, dovrà essere sottoscritta dall'impresa mandataria;
3. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, la domanda dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/Procuratore del consorzio;
4. in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se [l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

**2. Documento di gara unico europeo DGUE**, redatto ai sensi del DPR 445/2000 in ordine all'assenza dei motivi di esclusione (art.80 D.Lgs 50/20016 e s.m.i.) e al possesso dei requisiti di idoneità professionale, e di capacità tecnica e professionale di cui ai precedenti artt. 1.7.1 e 1.7.3.

Al riguardo si precisa che:

- le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1



lettere *a,b,c,d,e,f* e *g* devono essere rese personalmente e/o devono riferirsi a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 del Codice (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci*);

- le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 lettere *a,b,c,d,e,f* e *g* devono altresì essere rese personalmente e/o riferirsi a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero dei soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci*);

Qualora i suddetti soggetti cessati non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante del concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

**Il DGUE dovrà essere reso dai rappresentanti legali di tutte le Ditte che partecipano al RTI o al Consorzio.**

**Nel caso in cui si intenda ricorrere al subappalto ai sensi dell'articolo 105, comma 6 del Codice, la dichiarazione relativa all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dovrà essere anche resa da ciascun subappaltatore individuato compilando il DGUE;**

**3. Almeno una dichiarazione bancaria** prodotte ai sensi dell'art.83 - comma 1 - lettera b) del Codice e dell'Allegato XVII lettera a) rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385 dalle quali risulti che l'impresa ha sempre fatto fronte a tutti gli impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso delle capacità economiche e finanziarie per l'adeguato svolgimento del servizio oggetto di gara.

**4. Patto di integrità (Allegato 3)** debitamente sottoscritto. Il documento costituirà parte integrante sostanziale del contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione della presente gara.

**5. Dichiarazione**, debitamente firmata dal legale rappresentante della Ditta concorrente resa utilizzando l' "Allegato 5" attestante:

a) **Accettazione delle condizioni** di cui al Capitolato Speciale, degli allegati e delle **eventuali richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte**, debitamente firmata dal legale rappresentante della Ditta concorrente;



b) **Dichiarazione** da cui risulti che l'offerta è stata formulata tenendo conto degli obblighi derivanti dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi locali e di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle condizioni di lavoro;

c) **Dichiarazione** sull'eventuale presenza di documenti contenenti segreti tecnici e/o commerciali, così come stabilito dall'art. 53 comma 5 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i ;

d) **Dichiarazione di impegno**, in caso di aggiudicazione, a produrre **polizza assicurativa** che garantisca adeguata copertura contro i rischi professionali (RCT, RCP), nelle forme e nei modi previsti dall'art. 4.2 del presente Capitolato, per i danni che si dovessero verificare a persone o a cose in relazione all'esecuzione del presente appalto.

**6. Copia della certificazione rilasciata da A.N.A.C. che attesta il rilascio del "PASSOE"** di cui all'art. 2 comma 3.b, delibera n. 111 del 20/12/2012 dell'Autorità (è sufficiente richiedere un unico "PASSOE" riferito alla gara inserendo tutti i lotti di partecipazione);

Il mancato possesso del "PASSOE" non comporterà esclusione della ditta partecipante dalla gara.

La Stazione Appaltante provvederà ad assegnare un termine pari a giorni 10 per procedere alla sua acquisizione: decorso inutilmente tale termine il fornitore verrà assimilato a quello che non abbia superato i controlli dei requisiti per la partecipazione alle gare;

**7. Ricevuta o titolo** comprovante la costituzione di una **garanzia provvisoria**, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, pari al 2% per cento dell'importo complessivo dei lotti di gara per i quali si partecipa, al netto degli oneri fiscali, con validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell'offerta, da prestarsi a scelta dell'offerente:

- in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato al corso del giorno del deposito presso una sezione della tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate a titolo di pegno presso l'AOU Maggiore della Carità,
- nella forma della fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da intermediari finanziari autorizzati e iscritti all'albo di cui all'art. 106 D.Lgs. n 385 /93.

La cauzione provvisoria dovrà essere corredata :

- a) a pena di esclusione, dall'impegno incondizionato di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, pari al 10% dell'importo aggiudicato, IVA esclusa, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- b) dalla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.;
- c) dalla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- d) dall'indicazione dell'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Si applicano le disposizioni dell'art. 93, c.7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la riduzione della cauzione; Non sono ammesse garanzie fideiussorie rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

**8. Ricevuta** in originale del pagamento del contributo - **dovuto per i lotti indicati nell'allegato "4"** - ai sensi della "Deliberazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi



e forniture 15/02/2010 attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, legge 23/12/2005 n. 266 per l'anno 2010".

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire secondo le "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° maggio 2010" fornite dall'AVCP.

9. Eventuale **procura**, qualora l'offerta sia sottoscritta da un procuratore.

10. (in caso di ricorso all'istituto dell'**avvalimento**) documentazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

-Compilazione del modello "Documento di gara unico europeo- DGUE" nella Parte II - sezione "C" e a **pena di esclusione**, la documentazione di cui all'art. 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

11. In caso di ricorso al **Subappalto** di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016: Compilazione del modello "Documento di gara unico europeo" – DGUE" allegato 2 al presente Capitolato, debitamente compilato con particolare riferimento alla Parte II - sezione "D", con allegato DGUE per ciascun subappaltatore .

Tutte le dichiarazioni rilasciate dalla Ditta partecipante dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante o dal Procuratore Speciale della Ditta partecipante, allegando in tal caso copia della relativa

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresе (R.T.I.) o consorzio ordinario tutte le dichiarazioni contenute nella documentazione amministrativa , ivi comprese le dichiarazioni bancarie dovranno essere rese:

1. in caso di consorzio ordinario non ancora costituito o GEIE non ancora costituito, da tutte le imprese che ne prendono parte;
2. in caso di consorzio ordinario già costituito di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50 e s.m.i. o GEIE già costituito, dal consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate;

In presenza di documentazione resa ai sensi del DPR 445/2000, la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore comporterà l'invalidità del documento stesso.

La **Busta B** riportante all'esterno la dicitura: "**Documentazione tecnica – Lotto/i n. ...**" dovrà contenere, distintamente per ciascun lotto offerto ai fini della valutazione dei prodotti da parte della Commissione Giudicatrice, la seguente documentazione tecnica, prodotta in lingua italiana o tradotta e numerata progressivamente secondo l'ordine sotto riportato (si intende che la stessa dovrà essere suddivisa per i diversi punti indicandone il numero), sia in forma cartacea che su CD-ROM o altro supporto magnetico in formato PDF:

1. **Elenco** analitico di tutta la documentazione tecnica presentata;



2. **Schede tecniche** dei prodotti offerti, in lingua italiana, nelle quali devono essere indicati tutti gli elementi necessari e indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici dei presidi offerti al fine di consentirne la valutazione. Qualora la scheda tecnica sia redatta in lingua diversa dall'italiano dovrà essere accompagnata da traduzione in italiano, accompagnata da autocertificazione ai sensi D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante che la traduzione corrisponde all'originale, ad eccezione dei certificati emessi da enti certificatori stranieri (CE/ISO etc.) e/o eventuali articoli e bibliografie in lingua inglese per i quali non è richiesta obbligatoriamente la traduzione in italiano. Su ogni scheda tecnica deve essere indicato il numero di lotto di riferimento;
3. **Dichiarazione di conformità CE** redatta dal fabbricante, relativa classe di rischio e di appartenenza del dispositivo;
4. **Dichiarazione** inerente la **presenza/assenza di lattice** (la dichiarazione potrà essere resa cumulativamente con specifico riferimento ai singoli prodotti offerti);
5. **Dichiarazione** inerente la **presenza/assenza di ftalati** (la dichiarazione potrà essere resa cumulativamente con specifico riferimento ai singoli prodotti offerti);
6. **Copia** dell'offerta economica senza indicazione di prezzo.

Tutta la documentazione tecnica richiesta, distintamente suddivisa per lotto, deve essere prodotta in lingua italiana, **potrà essere fornita in buste separate o in alternativa in un'unica busta ma distintamente suddivisa per lotto**, dovrà essere numerata progressivamente secondo l'ordine sopra riportato e dovrà essere firmata in calce, **a pena di esclusione, allegando Documento di Identità del sottoscrittore.**

Tutta la documentazione tecnica, **unitamente alla campionatura laddove richiesta**, verrà utilizzata dalla Commissione Giudicatrice per la valutazione qualitativa dei prodotti proposti e l'attribuzione del relativo punteggio qualitativo, secondo i parametri indicati nel Capitolato Tecnico.

La **Busta C**, riportante all'esterno la dicitura: ***“Offerta Economica”*** dovrà contenere (a pena di esclusione dalla gara) **single buste** recanti la dicitura ***“OFFERTA ECONOMICA LOTTO N...”*** in quanto le offerte dovranno essere formulate separatamente per ciascun lotto, formulata/e in lingua italiana e sottoscritta/e.

L'offerta economica dovrà essere redatta per ciascun lotto, utilizzando lo **schema di offerta** relativo (**allegato 6**), reso legale mediante l'apposizione di marca da bollo, debitamente annullata, del valore di €16,00 (sedici).

L'offerta, a pena di nullità, dovrà riportare:

- la ragione sociale della ditta offerente, data ed eventuale n° di protocollo dell'offerta;
- i prezzi come richiesto nello schema di offerta ***“allegato 6”***, al netto dell'IVA, indicati in lettere e in cifre;
- i costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente fornitura, propri della Ditta offerente, che dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo della fornitura per singolo lotto, ma evidenziati a parte nell'offerta economica;



- Indicazione del CND e Numero di repertorio;
- L'aliquota IVA da applicare.

E dovrà essere firmata e sottoscritta in ogni pagina - **a pena di esclusione** - in modo leggibile per esteso dalla persona o dalle persone abilitate ad impegnare l'offerente: nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione amministrativa.

Non sono ammesse offerte alternative.

Non saranno ammesse offerte con riserva o condizioni.

**Saranno escluse le offerte in aumento rispetto agli importi indicati nell'allegato 4.**

L'offerta formulata dal soggetto concorrente ha natura di proposta contrattuale. Il limite per l'esercizio della facoltà di revoca della proposta è costituito dal termine per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione il concorrente, con espressa dichiarazione scritta, potrà revocare l'offerta.

## **2.2 Irregolarità dei documenti d'offerta – soccorso istruttorio**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

In particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di gara Unico Europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate. In tal caso l'Azienda assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara.

**Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**

**Si precisa che la disciplina del soccorso istruttorio non potrà essere utilizzata in nessun caso per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla lex specialis di gara, quale termine perentorio per la presentazione dell'offerta.**

## **2.3 Verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate**

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione sarà effettuata attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'A.N.AC. con la delibera attuativa n. 157 del 17.02.2016.



**A.S.L. VC**

Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI  
Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284  
www.aslvc.piemonte.it  
Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Per l'aggiudicatario dell'appalto, tale adempimento è considerato propedeutico alla stipulazione del contratto. Qualora a seguito delle verifiche disposte, la Stazione appaltante accerti che l'impresa aggiudicataria abbia fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di esclusione dalla gara, nonché alla obbligatoria comunicazione all'Autorità Giudiziaria e all'ANAC.

## 2.4 Procedura di selezione ed elementi di valutazione

L'affidamento del contratto avverrà mediante "procedura aperta" di cui all'art. 60 del Codice.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95 del Codice, previo giudizio di conformità dei prodotti offerti ai requisiti minimi previsti nel Capitolato Tecnico e successivo giudizio di qualità emessi dalla Commissione Giudicatrice, che procederà ad attribuire ai prodotti offerti dai concorrenti i relativi punteggi qualitativi.

I dispositivi dichiarati non conformi ai requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico, saranno esclusi dal prosieguo della gara.

I criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti:

**A) Caratteristiche tecnico-qualitative**

= **punteggio massimo p.ti 70/100**

**B) Prezzo**

= **punteggio massimo p.ti 30/100**

---

**punteggio totale 100/100**

Per ogni singolo lotto, i 70 punti disponibili per il coefficiente caratteristiche tecnico-qualitative saranno attribuiti tenendo conto dei sub-criteri di valutazione riportati nel Capitolato Tecnico. Al concorrente che avrà ottenuto il punteggio massimo relativo alle caratteristiche tecnico-qualitative verranno attribuiti 70 punti, agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula:

$$70 \times \frac{\text{PUNTEGGIO QUALITA' SINGOLO OFFERENTE ESAMINATO}}{\text{MIGLIOR PUNTEGGIO QUALITA'}}$$

Non saranno ammesse alla fase di valutazione delle offerte economiche, e quindi saranno escluse dalla gara, le offerte che a giudizio della Commissione non avranno raggiunto **il punteggio minimo indicato nei sub-elementi di valutazione riportati nel Capitolato Tecnico** e, comunque, complessivamente inferiore a **punti 36 su 70 complessivi** disponibili per la qualità, **prima dell'applicazione della suddetta formula di riparametrazione.**

### **N.B.**

Ai fini dell'anomalia dell'offerta si terrà conto del punteggio ottenuto dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni dei punteggi qualitativi.

I **30** punti per il coefficiente prezzo saranno attribuiti a ciascuna offerta economica, con riferimento alla voce "costo complessivo dell'intera fornitura", secondo un criterio di proporzionalità inversa



(al minor prezzo, I.V.A esclusa, sarà assegnato il punteggio più alto di 50 punti e così via) applicando la seguente formula:

$$P1 = (Pb/Px) \times Pt (30)$$

Dove:

P1 = punteggio da attribuire;

Pb = prezzo più basso offerto;

Px = prezzo in esame;

Pt = punteggio massimo da attribuire (30 punti).

Per ogni singolo lotto si procederà alla somma dei punteggi espressi relativamente ai punti A) e B) e l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta che avrà conseguito il punteggio più alto. Le operazioni di calcolo per l'assegnazione dei punteggi saranno effettuate facendo riferimento alla seconda cifra decimale.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché la medesima soddisfi in pieno tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e i prezzi proposti vengano valutati equi e congrui dalla Stazione appaltante.

Qualora due o più concorrenti conseguano uguale punteggio complessivo la fornitura sarà aggiudicata in via provvisoria al concorrente che avrà conseguito il punteggio prezzo più alto.

Qualora entrambi i punteggi (qualitativo ed economico) siano pari, si procederà nella medesima seduta pubblica alla richiesta di miglioramento dell'offerta; se nessuno dei concorrenti risulta presente o se coloro che sono presenti non formulano un'offerta migliorativa, si procederà mediante sorteggio.

La S.A. si riserva comunque, prima dell'aggiudicazione definitiva, la facoltà di revocare la gara in argomento e di non procedere all'aggiudicazione senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile, qualora ricorrano motivi di opportunità o convenienza. Il verbale di aggiudicazione non tiene luogo di contratto.

## 2.5 Commissione Giudicatrice

La valutazione dell'offerta tecnica presentata da ciascun concorrente ammesso a partecipare alla gara e l'attribuzione dei punteggi qualità in base agli elementi di valutazione indicati nel precedente art. 2.4 del presente Capitolato e mediante valutazione della campionatura che dovrà essere presentata secondo quanto previsto del capitolato tecnico, sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con apposito atto deliberativo, successivamente alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

La Commissione Giudicatrice sarà composta da un numero dispari di componenti, in un numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.



La Commissione sarà nominata secondo le modalità previste dalle Linee Guida ANAC (Linea guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) nel caso in cui allo scadere delle offerte fosse istituito l' Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni Giudicatrici.

Tale Commissione opererà a collegio perfetto in diverse sedute (la prima pubblica, le successive riservate) e dei suoi lavori redigerà processi verbali che saranno sottoscritti da tutti i suoi componenti. Uno dei componenti ha funzione di Presidente.

In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, verrà riconvocata la medesima Commissione.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere per iscritto ai concorrenti le precisazioni che riterrà necessarie in merito agli elementi costitutivi delle offerte, al fine di pervenire ad una corretta valutazione. In ogni caso le richieste di chiarimento saranno limitate ad ottenere la migliore illustrazione dei dati inoltrati dal concorrente e mai a consentire l'integrazione, la sostituzione o comunque la modifica di quelli già presentati.

## **2.6 Sedute di gara**

Lo svolgimento delle attività procedurali è demandato al Seggio di Gara ed alla Commissione Giudicatrice.

Alle sedute pubbliche potranno presenziare ed intervenire, i legali rappresentanti o persone da loro designate purché munite di delega o procura.

In una **prima seduta pubblica**, che si terrà nel luogo e nel giorno stabilito ed indicato nel bando di gara, il seggio di gara, composto da:

- Il Dirigente Responsabile del Settore Acquisti, in qualità di Presidente
- Due funzionari del Settore Acquisti, in qualità di testimoni

provvederà ai seguenti adempimenti:

- all'accertamento dei nominativi delle Ditte che hanno formulato offerta entro i termini precedentemente descritti ed all'esclusione dei plichi pervenuti non correttamente confezionati o oltre i termini prescritti;
- all'apertura dei plichi esterni, alla verifica della presenza all'interno dei medesimi delle prescritte busta A, B e C;
- all'apertura della busta A contenente la documentazione amministrativa per l'ammissione alla gara e alla verifica della regolarità formale dei documenti amministrativi richiesti per l'ammissione alla gara;
- alla dichiarazione delle ditte ammesse e di quelle ammesse con riserva alla fase successiva, nonché, di quelle escluse indicando i relativi motivi di esclusione.



In una **seconda seduta pubblica**, alla quale verranno formalmente invitate le Ditte ammesse alla gara, la Commissione Giudicatrice di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. procederà all'apertura dei plichi contenenti la Documentazione Tecnica (busta B) e alla verifica della presenza dei documenti richiesti.

Successivamente la Commissione Giudicatrice, procederà in una o più sedute riservate all'esame nel merito della documentazione tecnica.

Verranno prese in considerazione le seguenti categorie di caratteristiche:

### **Caratteristiche tecniche a pena di esclusione**

La Commissione Giudicatrice verificherà che la fornitura abbia le caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico. Laddove tali caratteristiche non siano presenti, la ditta sarà esclusa dal proseguo della gara.

**Le ditte partecipanti, ai sensi dell'art. 68, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., potranno proporre soluzioni che corrispondano in maniera equivalente ai requisiti funzionali definiti dalle caratteristiche tecniche ; di ciò la ditta dovrà fornire prova in sede di offerta.**

### **Caratteristiche oggetto di valutazione**

L'assegnazione dei punteggi relativi alla qualità, fino ad un massimo di punti 70, sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice mediante una valutazione dei parametri riportati nel capitolato tecnico, connessi all'oggetto dell'appalto e attinenti alle caratteristiche ritenute più rilevanti ai fini della soddisfazione delle esigenze oggetto del presente capitolato.

Al fine di poter valutare equamente ed in modo efficace la fornitura offerta, la Commissione Giudicatrice potrà chiedere chiarimenti e precisazioni sui contenuti tecnici presentati.

Per la verifica della rispondenza alle caratteristiche tecniche e per l'assegnazione dei 70 punti relativi alla qualità, la Commissione Giudicatrice si baserà sulla documentazione tecnica presentata e sulla prova della campionatura (laddove richiesta).

Conclusi i suddetti lavori, la Commissione Giudicatrice, nel corso di una successiva **seduta pubblica** la cui data di effettuazione sarà comunicata alle Ditte ammesse (a mezzo fax o e-mail), provvederà:

- alla comunicazione dei risultati delle valutazioni effettuate dalla Commissione Giudicatrice in seduta riservata (idoneità delle offerte e attribuzione dei punteggi qualità);
- all'apertura delle buste C contenenti le offerte economiche per le sole Ditte che hanno superato la soglia minima di qualità ed alla lettura dei prezzi formulati;
- all'attribuzione dei punteggi relativi al criterio "prezzo";
- alla somma dei punteggi conseguiti da ogni concorrente in relazione al criterio "qualità" ed al criterio "prezzo";
- alla formulazione della graduatoria di gara;
- alla valutazione, ai sensi dell'articolo 97, commi 3 e 4 del Codice, della congruità delle



offerte che presentino caratteristica di anomalia;

- nel caso in cui non si verificano offerte anomale, la Commissione procederà quindi alla formulazione della graduatoria di gara ed alla conseguente proposta di aggiudicazione.

In caso si verifichi, ai sensi dell'articolo 97 - commi 3 e 4 del Codice, la presenza di offerte anomale il seggio concluderà la seduta con la sola indicazione della classifica provvisoria di gara. In tal caso, terminate le operazioni previste dall'articolo 97 comma 5 del Codice il R.U.P., nel corso di un'ulteriore seduta pubblica (**quarta seduta**) la cui data di svolgimento sarà comunicata ai concorrenti, procederà alla comunicazione dell'esito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta e alla formulazione della graduatoria di gara ed alla conseguente aggiudicazione provvisoria.

Delle sopraccitate operazioni sarà redatto verbale di aggiudicazione provvisoria, che unitamente a tutti gli atti e documenti di gara, verrà trasmesso all'Organo competente della Stazione appaltante per l'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione definitiva.

La gara si ispira al principio secondo il quale è interesse della S.A. ricevere il maggior numero di offerte ed evitare che errori formali possano pregiudicare la partecipazione di un concorrente la cui offerta potrebbe essere sostanzialmente valida. Pertanto i provvedimenti di esclusione, oltre i casi in cui essa è specificatamente prevista, saranno adottati in conseguenza di situazioni lesive della "*par condicio*" tra i concorrenti, degli interessi pubblici, o che rendano oggettivamente impossibile la valutazione della offerta.



### **3. DISCIPLINARE D'APPALTO**

#### **ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA STIPULAZIONE DEL**

#### **CONTRATTO**

#### **3.1 Aggiudicazione definitiva. Documentazione a carico dell'aggiudicatario. Stipulazione di contratto. Spese di contratto**

Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante procederà, nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui all'art. 83 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Quindi la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice, provvederà all'aggiudicazione definitiva della fornitura.

Entro 5 gg. dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva la Stazione Appaltante provvederà alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) del Codice all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla gara (ad eccezione dei concorrenti esclusi se i termini per la presentazione di un eventuale ricorso siano scaduti) e richiederà al soggetto aggiudicatario di produrre, entro trenta giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della relativa richiesta, i seguenti documenti:

- copia della **polizza assicurativa** di responsabilità civile RCT/RCP prevista all'art. 4.2 del presente Capitolato Speciale. Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di assicurazioni attestante l'esistenza della stessa. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.
- **documento contabile** (ricevuta) in originale che attesti l'avvenuto pagamento da parte della ditta aggiudicataria delle spese di pubblicità degli avvisi di gara sulle testate giornalistiche. Tali spese si addebitano in misura proporzionale all'importo contrattuale di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 34, comma 35 della Legge n. 221 del 17.12.2012 previa emissione di fattura da parte dell'ASL VC con l'indicazione della seguente causale: *“Rimborso per spese di pubblicazione gara per la fornitura di dispositivi medici per endoscopia digestiva occorrenti alle AA.SS.LL. VC – BI – NO - VCO e all'AOU “Maggiore della Carità di Novara afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3”*;
- in caso di valore complessivo di aggiudicazione superiore a € 150.000,00, ai fini dei controlli antimafia presso BDNA, **dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi** (con indicazione del codice fiscale) del titolare, soci od amministratori muniti di potere di rappresentanza e dei Direttori Tecnici attuali e cessati dalla carica nell'anno, nonchè **dichiarazione sostitutiva di iscrizione CCIAA** ;



- dichiarazione di impegno ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, **copia autentica dell'atto costitutivo** dell'associazione unitamente ad una dichiarazione che attesti, sotto la propria responsabilità, il deposito dell'atto per la registrazione o copia conforme all'originale della ricevuta di deposito rilasciata dal competente ufficio, Agenzia delle Entrate.

Qualora nel termine assegnato, la documentazione sopra elencata non pervenga oppure risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, la Stazione Appaltante assegnerà un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione. In tal caso la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria, il quale sarà tenuto a presentare la relativa documentazione.

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta e necessari per l'aggiudicazione e la successiva stipula del contratto. Le sopracitate verifiche verranno effettuate attraverso il Sistema AVCPASS, tramite il numero di riferimento PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 b. della Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP. In caso di esito positivo dell'attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 comma 13 del D.Lgs n° 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace, viceversa, in caso di esito negativo, la Stazione Appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione.

Nei confronti dell'aggiudicatario decaduto, la Stazione Appaltante, fatto salvo l'obbligo di comunicazione alle competenti autorità, potrà rivalersi sulla cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'offerta, che sarà, pertanto, incamerata.

L'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva sarà comunicata, a cura della Stazione Appaltante, alle Aziende Sanitarie della A.I.C. n. 3 aderenti alla presente procedura al fine di dar corso al perfezionamento dei relativi contratti d'appalto. I singoli contratti non potranno comunque essere stipulati prima che siano trascorsi **trentacinque giorni dall'invio, da parte della scrivente Stazione Appaltante, dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva inviate ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera a) del Codice**, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 11 comma 10 bis del medesimo Codice.

Al fine di perfezionare il vincolo contrattuale, ogni Azienda contraente richiederà inoltre all'aggiudicatario la seguente documentazione:

- **cauzione (garanzia) definitiva** prevista dall'articolo 3.2 del presente Capitolato;
- **dati anagrafici del sottoscrittore** del contratto, relativo codice fiscale e indirizzo;
- **dichiarazione** con la quale la Ditta accetta di assumersi la piena responsabilità, pena nullità del contratto, in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto



di cui trattasi ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 nonché comunicazione degli estremi identificativi dei c/c bancari e/o postali dedicati all'appalto e delle generalità/Codice Fiscale delle persone autorizzate ad operare su tali conti entro 7 giorni dalle loro accensione o, nel caso di c/c già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. E' fatto obbligo al soggetto affidatario di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La mancata comunicazione degli estremi identificativi dei conti dedicati comporterà la sospensione dei termini previsti per il pagamento delle fatture. E' fatto obbligo al fornitore, pena la nullità assoluta del contratto, di assumere a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. E' fatto, altresì, obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese interessate alla fornitura, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

La gestione dei contratti d'appalto è demandata ai competenti uffici delle AA.SS.LL./A.O.U contraenti.

Le spese per la stipulazione del contratto sono interamente a carico dell'aggiudicatario.

### **3.2 Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 del Codice l'aggiudicatario è obbligato a costituire a favore delle aziende contraenti una garanzia, denominata **garanzia definitiva**, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice; tale garanzia dovrà essere prestata per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento rispetto al valore posto a base d'asta, la garanzia da costituire dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il valore del dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento dovrà essere di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Alla garanzia si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, previste per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria prestata in sede di offerta da parte dell'Azienda, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.



## **4. ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

### **4.1 Obblighi dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario si impegna a fornire per tutta la durata del contratto, tutti i prodotti elencati nell'offerta di gara presentata, alle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale di Gara.

### **4.2 Sicurezza**

Per quanto attiene agli obblighi in materia di sicurezza, la Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. n.81/2008, all'osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali, sollevando le Aziende Sanitarie/A.O.U. da qualsiasi responsabilità in merito.

### **4.3 Responsabilità dell' Appaltatore - Polizza Assicurativa**

La Ditta aggiudicataria è responsabile per i danni che possano subire persone o cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno o fuori dall'Amministrazione contraente, per fatti o attività connesse all'esecuzione del presente appalto.

L'appaltatore, inoltre, risponde :

dei danni a persone o a cose dell'Amministrazione contraente, o a terzi, che possano derivare dalle forniture eseguite dei quali sia chiamata a rispondere l'Amministrazione stessa, la quale ultima è completamente sollevata e indenne da ogni pretesa e molestia;

dei danni derivanti da imperfezioni nei materiali utilizzati.

In ogni caso si conviene e si precisa che l'Appaltatore sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.

L'appaltatore ha quindi l'obbligo di:

- a) produrre uno a più polizze assicurative contratte specificatamente per l'appalto;  
*ovvero (in via alternativa)*
- b) produrre una o più polizze di cui è già provvisto (è ammessa la produzione di polizza assicurativa globale).

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto delle coperture richieste.

**Tale copertura assicurativa dovrà presentare un massimale unico pari ad almeno € 2.500.000,00.**

### **4.4 Subappalto, cessione di contratto e cessione del credito**

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 del Codice.



Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante.

In conformità a quanto stabilito dal sopracitato articolo, il concorrente che intenda affidare a terzi in subappalto alcune prestazioni dovrà produrre in sede di gara la relativa dichiarazione (compilando l'apposita sezione del D.G.U.E.) in cui siano specificate puntualmente le prestazioni e le relative quote che si intendano subappaltare.

Nei casi di cui all'art. 105, comma 6 del Codice, il concorrente dovrà indicare una **terna di subappaltatori** ed allegare la documentazione atta a dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori individuati, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In tal senso, l'appaltatore che intenda affidare parte dell'esecuzione contrattuale in subappalto dovrà depositare il relativo contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice è ammesso il subappalto in misura non superiore al 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

#### **N.B.**

Si evidenzia che non sarà possibile effettuare subappalto di alcun genere ad imprese partecipanti, in qualsiasi forma, alla medesima procedura di gara.

Il contratto potrà essere ceduto nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 106, comma 13 del Codice.

Le cessioni di cui al comma precedente, sono efficaci ed opponibili qualora l'Azienda stessa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e/o al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

Alle eventuali cessioni di credito si applicano le disposizioni di cui alla L. 21 Febbraio 1991 n. 52 e perché siano efficaci e disponibili devono seguire la disciplina di cui all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

#### **4.5 Modalità di esecuzione della fornitura**

Gli ordinativi di fornitura saranno emessi dalle singole Aziende Sanitarie, con la facoltà di procedere o meno all'acquisto di tutti o in parte dei prodotti aggiudicati, secondo le proprie inderogabili esigenze nonché di frazionare, a propria discrezione, la fornitura dei singoli materiali in diverse fasi temporali.

Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun ordinativo emesso dalle Aziende contraenti, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto dello stesso con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati nei relativi ordinativi di fornitura.



I prodotti oggetto della fornitura devono rispettare i requisiti previsti dalle normative vigenti in materia sanitaria e commerciale e dovranno possedere tutti i requisiti dei campioni e delle schede tecniche presentate in sede di offerta.

La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al competente magazzino, secondo le indicazioni delle singole AA.SS.LL./ A.O.U..

In esecuzione di ciascun ordinativo di fornitura, il fornitore dovrà effettuare la consegna entro il termine perentorio di **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla ricezione dell'ordinativo stesso o entro il termine perentorio di **48 ore in casi eccezionali** e di emergenza, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'ordinativo di fornitura.

I prodotti saranno consegnati dal Fornitore, con regolare documento di trasporto, riportante il numero di riferimento dell'ordinativo di fornitura, la descrizione dei prodotti, con la relativa data di scadenza e lotto, esclusivamente nei magazzini indicati da ciascuna Azienda contraente negli ordinativi.

Tutti i prodotti, consegnati alle Aziende Sanitarie richiedenti, dovranno avere un periodo minimo di validità, intercorrente tra la data di produzione e la data di scadenza, di almeno i 3/4 (tre quarti) della loro validità temporale, in caso contrario l'accettazione della merce sarà rimessa al giudizio della singola Azienda Sanitaria destinataria della fornitura.

#### **4.6 Controlli merceologici e verifiche di conformità**

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti e occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna.

Qualora non sorgano contestazioni la data del documento di trasporto sarà considerata "Data di accettazione della fornitura". In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell'imballaggio e/o per la quantità degli articoli consegnati, il ricevimento avverrà "con riserva".

Per quanto concerne i tempi della "procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto" si prevede il termine di giorni 30 dalla consegna della merce e/o dalla prestazione del servizio. Tale termine è indicato sulla base di una valutazione comparativa sia degli assetti organizzativi degli Uffici delle Aziende afferenti l'A.I.C. n. 3 preposti alla predetta procedura, sia della tipologia del prodotto oggetto della presente gara. L'accertamento di conformità potrà avvenire anche successivamente a tale termine nei casi in cui, quando si procederà all'effettivo utilizzo, la merce dovesse palesare qualche difetto non rilevabile all'atto della consegna. La comunicazione della contestazione o l'accettazione con riserva interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dalle Aziende contraenti.

L'Azienda Sanitaria contraente dovrà ottenere la sostituzione della merce consegnata entro sette giorni dalla segnalazione effettuata tramite fax o pec, salvo particolari casi d'urgenza nei quali la sostituzione dovrà essere effettuata, anche solo per parte della quantità prevista, entro 48 ore. Nel caso in cui l'impresa fornitrice non procedesse nei termini indicati alla sostituzione della merce



**A.S.L. VC**

Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI  
Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284  
www.aslvc.piemonte.it  
Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

---

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

contestata, il committente può procedere direttamente all'acquisto sul libero mercato di eguali quantità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al fornitore, oltre alla eventuale rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese.

Ciascuna Azienda Sanitaria/Ospedaliera si riserva inoltre la facoltà di eseguire o fare eseguire da personale qualificato di propria fiducia, in qualunque momento, in corso di esecuzione del contratto, **collaudi tecnico/qualitativi** dei prodotti consegnati, ovvero **verifiche** atte ad evidenziare la **rispondenza** dei prodotti forniti ai requisiti previsti dal presente Capitolato Speciale e dagli atti di gara tutti, ivi compresa la rispondenza alla documentazione tecnica/dichiarazioni prodotte dall'Aggiudicatario. Eseguito il collaudo e/o la verifica, l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera ne comunicherà all'Aggiudicatario l'esito affinché lo stesso possa produrre le proprie argomentazioni. Le spese inerenti alla prima prova di verifica dei requisiti, qualunque sia l'esito della stessa, saranno sempre a carico dell'Aggiudicatario. Per i controlli successivi, le spese saranno a carico dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera se il campione corrisponderà ai requisiti, ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti, in caso contrario saranno a carico dell'aggiudicatario. La segnalazione di mancata corrispondenza quantitativa e/o non conformità del prodotto sarà comunicata a mezzo pec o telefax all'impresa fornitrice.

#### **4.7 Modalità di fatturazione e pagamenti**

Ogni fattura dovrà essere corredata e/o riportare chiaramente gli estremi del documento di trasporto e dell'ordinativo emesso dall'Azienda Sanitaria.

In assenza di tale documentazione/indicazione, le fatture stesse non potranno essere liquidate.

Premesso che i concorrenti sono operatori economici esperti nel settore delle forniture ad Aziende sanitarie ed ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza sia del sistema di finanziamento di queste ultime e sia anche della prassi dei rapporti tra le Aziende sanitarie ed ospedaliere nazionali e regionali ed i propri fornitori, si definiscono i seguenti termini di pagamento delle prestazioni contrattuali.

I termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. n.231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e, in particolare, per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria.

In caso di ritardo dei pagamenti, in deroga all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, le parti concordano che l'interesse dovuto sia commisurato al saggio legale vigente ex art. 1284 c.c.

La data di pagamento è quella di consegna al Tesoriere dell'Azienda Sanitaria del relativo mandato. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico sono a carico del fornitore.

Il Fornitore assume gli obblighi di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **4.8 Divieto di sospensione della fornitura**

E' fatto divieto assoluto di sospendere ed interrompere la fornitura anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte della Stazione Appaltante fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla Legge.



#### 4.9 Prezzi

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, **i prezzi offerti in sede di gara dovranno restare fissi ed invariati per tutta la durata del contratto e sono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente capitolato** con la sola esclusione dell'I.V.A., fatta salva la possibilità di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i., applicando ai prezzi una quota percentuale corrispondente all'indice di variazione annuale, rilevato dall'ISTAT, relativa al mese di scadenza dell'anno considerato rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente.

#### 4.10 Modifiche in corso di esecuzione del contratto

I quantitativi indicati nel capitolato tecnico sono da considerarsi puramente indicativi e suscettibili di modificazione nel corso della durata contrattuale.

Ai fini e per gli effetti dell'art. 106 comma 1 lettera a.) del Codice nel corso della durata contrattuale le quantità potranno modificarsi qualitativamente e/o quantitativamente con le seguenti modalità.

La singola Committente potrà richiedere (richiesta scritta) al Fornitore una serie di modifiche qualitative, comportanti modificazioni dell'importo contrattuale, sino alla soglia di incremento del 50%.

Il Fornitore sarà tenuto a presentare offerta tecnica ed economica.

Richiesta ed offerta sono liberamente contrattabili tra le due Parti, che comunque sono tenute all'obbligo di cui all'articolo 1337 cc.

Se le Parti si accorderanno le modifiche diverranno operative.

In caso contrario, il Fornitore sarà libero di non assoggettarsi alla richiesta di modificazione e la Committente potrà far valere la mancanza di collaborazione nelle competenti sedi.

Per quanto concerne le modificazioni quantitative valgono le seguenti regole:

- Trattandosi di modificazione favorevole al Fornitore quest'ultimo dovrà eseguire la richiesta.
- L'incremento massimo è quello indicato dal comma 12 dell'art. 106.

#### 4.11 Rinegoziazioni condizioni contrattuali

I prodotti oggetto della presente procedura di gara non rientrano nelle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. 23/12/2015 per le quali la procedura di acquisto è riservata agli enti aggregatori ma, nel caso intervengano affidamenti da parte degli stessi prima della scadenza naturale dei contratti stipulati in forza della presente gara a condizioni più favorevoli, le Aziende/AOU contraenti si riservano la facoltà di rinegoziare le condizioni economiche dei contratti vigenti.

#### 4.12 Inadempimenti contrattuali. Penalità

Le singole Aziende dell'Area Interaziendale di Coordinamento n° 3, a tutela della qualità della fornitura e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riservano la facoltà di:



- provvedere d'ufficio nel modo più opportuno ed a spese dell'aggiudicatario all'acquisizione dei beni sul libero mercato e/o all'adozione di azioni che ritenesse necessari per le finalità del contratto; in via prioritaria gli acquisti saranno effettuati presso la ditta che segue la ditta affidataria nella graduatoria di aggiudicazione. L'aggiudicatario sarà tenuto alla rifusione di ogni eventuale ulteriore spesa o danno che sia derivato dall'inadempienza.

- di applicare penali in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. Le penali saranno applicate dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'impresa aggiudicataria, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione.

Qualora le controdeduzioni non siano accoglibili si procederà all'applicazione delle penali come di seguito indicato:

- in caso di ritardo nelle consegne dei materiali, indicate negli ordinativi di fornitura, verrà applicata per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del fornitore inadempiente, pari al 10% del valore del materiale non consegnato;
- in caso di fornitura non conforme alla richiesta verrà applicata una penale pari al 50% del valore del bene.

Le penali saranno trattenute dalle fatture in corso di liquidazione fino a concorrenza degli importi delle stesse, ovvero, se superiori, dal deposito cauzionale, senza ulteriore diffida, accertamento o procedimento giudiziale.

Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l'impresa aggiudicataria dovrà reintegrare il relativo importo entro il termine fissato dall'A.S.L./A.O.U..

E' fatta salva la facoltà della A.S.L./A.O.U. committente di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale, con riserva di trattenere quanto dovuto sui pagamenti che risultassero ancora dovuti o incamerando il deposito cauzionale.

#### **4.13 Clausola risolutiva espressa**

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste negli articoli 108 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si conviene che l'ASL VC potrà considerare risolto di diritto il contratto ex art. 1456 c.c. e ritenere definitivamente la cauzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e previa dichiarazione scritta con la quale comunicherà al fornitore l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate tre penalità con le modalità previste dal presente Disciplinare e sia riscontrata un'ulteriore inadempienza;
- in caso di gravi inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità della fornitura e, dunque, giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- In caso di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine di giorni 15 (quindici) che verrà assegnato per porre fine



all'inadempimento;

- in caso di cessione a terzi dell'attività del soggetto aggiudicatario al di fuori della fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 punto d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- per l'accertata inosservanza delle disposizioni di legge concernenti il personale dipendente del soggetto aggiudicatario in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza e norme igienico-sanitarie, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi;
- nel caso di cessione della Ditta, di cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della normativa vigente;
- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- cessazione di attività, fallimento, liquidazione coatta e atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazione.

#### **4.14 Recesso**

La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo della fornitura non eseguita.

Le modalità di calcolo e la disciplina dell'Istituto sono regolate dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ogni singola ASL/A.O.U. avrà diritto di recedere unilateralmente dal contratto nel caso di mutamenti di carattere organizzativo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamenti o soppressioni o trasferimenti di strutture aziendali, per motivate esigenze di interesse pubblico, o per il sopravvenire di disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative indipendenti dalla volontà di ogni ASL/A.O.U. che non consentano la prosecuzione totale o parziale della fornitura. Dalla data di efficacia del recesso il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno.

Ogni singola ASL/A.O.U. si riserva, altresì, la facoltà di sospendere provvisoriamente l'esecuzione della fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi giorno e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danni o compensi di sorta.

L'impresa fornitrice potrà recedere dal contratto per impossibilità sopravvenuta ex art.1672 c.c..

Ogni singola ASL/A.O.U. dovrà riconoscere il pagamento della parte di fornitura eseguita, in proporzione al prezzo pattuito.



**A.S.L. VC**

Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

---

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

#### **4.15 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni**

La ditta contraente non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Capitolato.

Tutte le riserve che la ditta aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla A.S.L./A.O.U. e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

#### **4.16 Gestione delle controversie e Foro competente**

Le controversie insorte tra le Aziende Sanitarie/Ospedaliera contraenti e l'impresa/e aggiudicataria/e sono risolte, di norma, in via amministrativa.

Se la composizione in via amministrativa del reclamo non riesce, può essere tentata la via giudiziale: in questo caso, le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, quello di riferimento territoriale delle Aziende aderenti alla gara.

#### **4.17 Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale si richiamano le vigenti disposizioni normative in materia di Contratti Pubblici.



## **5. CAPITOLATO TECNICO**

### **FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA**

#### **5.1 Caratteristiche generali e requisiti minimi**

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, alla immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

I dispositivi devono essere costruiti in conformità alle norme di buona fabbricazione per i dispositivi medici. I prodotti ed i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi, devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari in materia, vigenti all'atto della fornitura e devono essere provvisti di marcatura CE.

Tutti i prodotti devono essere corredati delle necessarie informazioni per garantire un'utilizzazione in totale sicurezza.

Tutti gli articoli devono essere prodotti secondo le prescrizioni particolari delle normative UNI EN ISO 13485 che definiscono i requisiti specifici del sistema di gestione qualità per quei costruttori che operano nell'ambito dei dispositivi medici e dei diagnostici in vitro.

#### **5.2 Caratteristiche specifiche dei prodotti**

Tutto il materiale da nutrizione enterale proposto in offerta dovrà essere compatibile con i kit di infusione ENFit.

Le ulteriori caratteristiche minime essenziali, a pena di esclusione, e salvo quelle da verificare nelle prove pratiche vengono di seguito dettagliatamente indicate suddivise per singolo lotto.

Si precisa che per le caratteristiche indicate come "eventuali" non sono da intendersi a pena di esclusione.

#### **5.3 Campionatura**

Alle Ditte concorrenti potrà essere richiesto di presentare apposita campionatura - gratuita ed in confezione originale - dei prodotti offerti secondo le modalità di seguito indicate.

La campionatura utile per la valutazione tecnica sarà richiesta – laddove ritenuto necessario - successivamente alla presentazione dell'offerta, tramite comunicazione (a mezzo fax autorizzato o e-mail autorizzata) della data, del luogo di consegna della stessa e dei pezzi da consegnare, secondo quanto stabilito dalla Commissione Giudicatrice e dovrà essere così confezionata:

Sul collo esterno dovrà essere indicata la dicitura "campionatura da utilizzare per prove tecniche - relativa alla gara per la fornitura di dispositivi medici per endoscopia digestiva, lotti ....." e sempre all'esterno il collo dovrà essere corredato da regolare documento di accompagnamento o da elenco descrittivo dei prodotti campionati, redatto su carta intestata della Ditta offerente.



Inoltre, per i lotti per i quali sarà richiesto l'invio di campionatura da utilizzare per la prove tecniche, dovrà pervenire al seguente indirizzo, coincidente con la sede del RUP :

### ASL "VC" – Magazzino Generale – C.so Abbiate 21 – Vercelli

anche un plico identificato con la dicitura "campionatura da tenere agli atti – relativa alla gara per la fornitura di dispositivi medici per endoscopia digestiva lotto/i ....." contenente numero 1 pezzo per lotto, ad eccezione dei lotti relativi alla fornitura dei dispositivi protesici per i quali ne sarà richiesto l'invio alla sola ditta aggiudicataria, se del caso. Questo plico non verrà utilizzato nelle prove pratiche ma sarà conservato agli atti per ogni eventuale contestazione degli utilizzatori nel corso della fornitura in caso di aggiudicazione. Infatti, tali prodotti costituiranno parametro di valutazione nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare l'identità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell'intera fornitura.

Sia la campionatura per la valutazione tecniche che la campionatura da tenere agli atti dovrà presentare i requisiti previsti per la fornitura, sia per quanto riguarda la qualità del prodotto, sia per quanto riguarda il confezionamento (si intende confezionamento primario), i fogli illustrativi, le etichette e la marcatura di conformità CE. L'etichetta apposta deve essere in originale, inoltre dovrà essere presentato il foglio illustrativo, qualora previsto.

La campionatura assente o non rispondente a quanto richiesto, sarà motivo di esclusione della ditta dalla valutazione dell'offerta da parte della commissione giudicatrice.

#### 5.4 Elenco prodotti in gara, relative specifiche tecniche, previsione fabbisogno annuale, parametri punteggio qualità

Tutti i quantitativi sotto indicati sono puramente indicativi, potranno quindi variare secondo le reali necessità e pertanto subire variazioni in base a sopraggiunte esigenze delle Aziende interessate, nei limiti previsti dall'art. 4.10 del disciplinare d'appalto.

#### **LOTTO 1– BASE D'ASTA € 35,00**

**Cannule per ERCP** aventi le seguenti caratteristiche:

- . pluriuso
- . con punta corta metallica rastremata, radiopaca
- . calibro 5-7 fr,
- . lunghezza >200 cm
- . per filo guida da 0,035

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
30	5	2	8	0	45



Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
Scorrevolezza e facilità di iniezione	Max 28
Adattabilità del materiale alla curvatura manuale	Max 21
radiopacità	Max 21

**LOTTO 2 – BASE D'ASTA € 60,00**

**Cannule per ERCP** aventi le seguenti caratteristiche: pluriuso

- .con punta conica
- . radiopaca
- . calibro 5 fr
- . lunghezza >200 cm. per filo guida da 0,021

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
10	0	0	2	0	12

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
Scorrevolezza e facilità di iniezione	Max 28
Adattabilità del materiale alla curvatura manuale	Max 21
Radiopacità	Max 21

**LOTTO 3 – BASE D'ASTA € 28,00**

**Cannule per ERCP** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . con punta corta, rastremata, radiopaca
- . calibro 5,5 – 7 fr
- . lunghezza > 200 cm
- . per filo guida da 0,035
- . trilume

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
30	5	5	4	0	44



Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
Scorrevolezza e facilità di iniezione	Max 28
Praticità di utilizzo	Max 21
Stabilità e facilità di ancoraggio del filo guida	Max 21

**LOTTO 4 – BASE D’ASTA € 189,00**

**Cannule per ERCP** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . con punta rastremata
- . calibro distale 4 fr
- . angolabile per incannulazione selettiva

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
30	10	10	2	8	60

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
Scorrevolezza e facilità di iniezione	Max 14
Scorrevolezza del filo guida	Max 28
Capacità della punta di essere curvata dal comando manuale	Max 28

**LOTTO 5 – BASE D’ASTA € 200,00**

**Cannule per ERCP** aventi le seguenti caratteristiche:

- . con possibilità di introduzione simultanea di più fili guida .

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
0	0	0	3	0	3

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
Scorrevolezza e facilità di iniezione	Max 14
Scorrevolezza e facilità di ancoraggio del filo guida	Max 28
Praticità di utilizzo	Max 28

**LOTTO 6 - Sistema monouso per colangioscopia****Sub lotto a) - BASE D'ASTA € 2.500,00**

**Endoscopio** sterile monouso che consente accesso e rilascio di accessori nell'apparato blio-pancreatico avente le seguenti caratteristiche:

- . larghezza punta distale 10.5 f
- . sensore digitale per immagini video
- . 2 elementi luminosi
- . 2 canali da irrigazione
- . canale operativo da 3.6 F per accessori e aspirazione
- . 4 movimenti
- . 120° in aria di campo visivo

**Sub lotto b) – BASE D'ASTA € 700,00**

**Pinza da biopsia** avente le seguenti caratteristiche :

- . compatibile con colangioscopio (diametro 3 F)

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
10	0	1	0	0	11

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Qualità dell'immagine	Max 35
maneggevolezza	Max 35

**LOTTO 7 – BASE D'ASTA € 65,00**

**Sfinterotomi** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . doppio lume
- . filoguidati da 0,035
- . lama 20 o 30 mm
- . con punta corta da 0,5 cm

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
20	20	0	0	0	40



Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
Capacità di conduzione elettrica dell'accessorio	Max 14
Capacità della punta di essere curvata dal comando manuale	Max 28
Capacità della punta di mantenersi in asse con lo strumento	Max 28

**LOTTO 8 – BASE D'ASTA € 100,00**

**Sfinterotomi tri lume** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . filoguidati
- . lungh. maggiore o uguale a 200 cm.
- . compatibili con fili guida da 0,035
- . varie lunghezze lama di taglio
- . possibilità di utilizzo con sistema a guida corta
- . rastremato

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
50	80	70	0	0	200

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
Scorrevolezza e facilità di iniezione	Max 21
Praticità di utilizzo	Max 21
Stabilità e facilità di ancoraggio del filo guida	Max 21
possibilità di ruotare la punta di 10°	Max 7

**LOTTO 9 – BASE D'ASTA € 210,00**

**Sfinterotomi tri lume** aventi le seguenti caratteristiche: . monouso

- . precaricato
- . con filo guida con punta idrofila avente lunghezza almeno cm. 260
- . punta idrofila da 5 o 10 cm.
- . per fili guida di diverso calibro
- . lunghezza 260
- . varie rastremazioni

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
300	80	60	120	0	560

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Scorrevolezza e facilità di iniezione	Max 21
Praticità di utilizzo	Max 21
Stabilità e facilità di ancoraggio del filo guida	Max 21
con possibilità di ruotare la punta	Max 7

**LOTTO 10 – BASE D'ASTA € 149,00****Sfinterotomi** aventi le seguenti caratteristiche:

- . filoguidati
- . rivestimento isolante di sicurezza della metà prossimale del filo di taglio
- . trilume
- . punta corta rastremata
- . varie lunghezze lama di taglio
- . vario calibro
- . per fili guida da 0,025 a 0,035

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
40	40	5	4	0	89

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Capacità di conduzione elettrica dell'accessorio	Max 14
Capacità della punta di essere curvata dal comando manuale	Max 28
Capacità della punta di mantenersi in asse con lo strumento	Max 28

**LOTTO 11 – BASE D'ASTA € 170,00****Sfinterotomi** aventi le seguenti caratteristiche:

- . con filo di taglio di lunghezza compresa da 20 a 30 mm.
- . doppio o triplo lume



- . con punta distale altamente radiopaca
- . con impugnatura
- . filo guida parzialmente idrofilo da 0,025
- . punta arrotondata
- . premontato
- . diam. Variabile da 5 a 7 fr.

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
40	10	5	3	0	58

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Capacità di conduzione elettrica dell'accessorio	Max 14
Capacità della punta di essere curvata dal comando manuale	Max 28
Capacità della punta di mantenersi in asse con lo strumento	Max 28

### **LOTTO 12 – BASE D'ASTA € 100,00**

**Aghi da pre-cut** aventi le seguenti caratteristiche:

- . trilume
- . monouso
- . per filo guida da 0,035
- . possibilità di regolare la lunghezza dell'ago di taglio
- . lunghezza > 200 cm.
- . lume separato per filo guida e filo di taglio

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
0	20	0	30	10	60

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Facilità nella fuoriuscita e retrazione dell'ago	Max 28
Maneggevolezza dell'impugnatura	Max 21
Maneggevolezza del dispositivo	Max 21

**LOTTO 13 – BASE D'ASTA € 125,00****Aghi da pre-cut** aventi le seguenti caratteristiche:

- . trilume
- . monouso
- . per filo guida da 0,035
- . possibilità di regolare la lunghezza dell'ago di taglio
- . lunghezza > 200 cm.
- . con possibilità di utilizzo con guida corta

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
150	20	20	0	0	190

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Facilità nella fuoriuscita e retrazione dell'ago	Max 28
Maneggevolezza dell'impugnatura	Max 21
Maneggevolezza del dispositivo	Max 21

**LOTTO 14 – BASE D'ASTA € 6,50****accessorio monouso per fissaggio filo guida corto** compatibile con gli strumenti endoscopici in uso (OLYMPUS):

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
300	50	150	0	0	500

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Stabilità dell'accessorio sul manico dell'endoscopio	Max 28
Facilità di ancoraggio del filo guida	Max 21
Maneggevolezza	Max 21

**LOTTO 15 – BASE D’ASTA € 110,00****Papillosfinterotomi per Billroth II** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . triplo lume
- . punta standard 10 mm
- . lama da 20 mm

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
15	3	1	2	2	23

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Capacità di mantenimento della curvatura preformata	Max 28
Maneggevolezza dell’impugnatura	Max 21
Maneggevolezza del dispositivo	Max 21

**LOTTO 16 – BASE D’ASTA € 174,00****Cestelli di Dormia per estrazione calcoli** aventi le seguenti caratteristiche:

- . pluriuso
- . mis.20x40mm
- . fili rigidi
- . 7 fr
- . compatibili con litotripsia extracanalare

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
25	15	1	25	4	70

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Capacità di mantenere la forma originaria	Max 28
Apertura simmetrica dei fili del cestello	Max 21
maneggevolezza	Max 21

**LOTTO 17 – BASE D’ASTA € 158,00****Cestelli di Dormia per estrazione calcoli** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . 5 fr
- . vari calibri di dimensioni del cestello

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
30	0	0	2	0	32

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Capacità di mantenere la forma originaria	Max 28
Apertura simmetrica dei fili del cestello	Max 21
Maneggevolezza	Max 21

**LOTTO 18 – BASE D’ASTA € 200,00****Cestelli di Dormia** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . filoguidati in punta,
- . coassiali alla guida
- . compatibili con filo guida da 0,035
- . vari calibri di dimensioni del cestello
- . 7 fr
- . cestelli in acciaio con filo del cestello siliconato per maggiore scorrevolezza
- . 4 fili
- . compatibili con litotritore di emergenza extracanalare
- . possibilità di iniettare mezzo di contrasto

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
30	30	10	5	2	77

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Capacità di mantenere la forma originaria	Max 28
Apertura simmetrica dei fili del cestello	Max 21
Possibilità di utilizzare filo guida	Max 14
maneggevolezza	Max 7

**LOTTO 19 – BASE D'ASTA € 350,00****Cestelli di Dormia** aventi le seguenti caratteristiche:

- . pluriuso
- . filoguidati
- . varie misure (obbligatorio almeno mis. 2 x 4)

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
1	1	2	10	0	14

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Capacità di mantenere la forma originaria	Max 28
Apertura simmetrica dei fili del cestello	Max 21
maneggevolezza	Max 21

**LOTTO 20 – BASE D'ASTA € 210,00****Cestelli di Dormia** aventi le seguenti caratteristiche:

- . pluriuso
- . varie misure (obbligatorio almeno mis. 2 x 4)
- . in nitinol
- . 4 o 6 fili
- . lunghezza >200 cm
- . compatibili con litotrissia intracanalare

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
30	3	2	4	0	37

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Capacità di mantenere la forma originaria	Max 28
Apertura simmetrica dei fili del cestello	Max 21
maneggevolezza	Max 21

**LOTTO 21 – BASE D’ASTA € 78, 40****Cestelli di Dormia** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . varie misure (obbligatorio almeno mis. 2 x 4)
- . in nitinol
- . 4 o 6 fili
- . lunghezza non inferiore a 220 cm
- . compatibili con litotrissia intracanalare

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
30	3	5	2	0	40

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Capacità di mantenere la forma originaria	Max 28
Apertura simmetrica dei fili del cestello	Max 21
maneggevolezza	Max 21

**LOTTO 22 – BASE D’ASTA € 289,00****Cestelli a fiore** aventi le seguenti caratteristiche:

- . a 8 fili
- . rotanti
- . pluriuso

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
15	5	5	3	4	32

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Capacità di mantenere la forma originaria	Max 28
Apertura simmetrica dei fili del cestello	Max 21
maneggevolezza	Max 21

**LOTTO 23 – BASE D’ASTA € 389,00****Sistema preassemblato per litotrixxia endocanalicolare** da 7 a 10 fr. composto da:

- . cestello monouso
- . guaina in teflon
- . guaina esterna metallica retrattile
- . con possibilità iniezione mezzo di contrasto
- . filoguidabile
- . compatibilità con manico per litotritore intracanalare

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
60	10	5	2	4	81

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Facilità del sistema di aggancio del litotritore	Max 28
Semplice applicazione della pressione per la litotrixxia	Max 21
maneggevolezza	Max 21

**LOTTO 24 – BASE D’ASTA € 652,00****manico pluriuso** per litotritore intracanalare, autoclavabile, compatibile con lotto precedente

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
2	1	1	1	1	6

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Maneggevolezza nella chiusura ed apertura	Max 28
Resistenza	Max 21
Maneggevolezza	Max 21

**LOTTO 25 – BASE D’ASTA € 180,00****Guaina per litotrixxia intracanalare** avente le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . da utilizzare attraverso canale operativo



- . possibilità di iniettare mezzo di contrasto
- . guaina metallica spiralata e rivestita
- . compatibile con manico di cui al lotto 24
- . lunghezza non inferiore a 170 cm
- . diam tra 8,5 e 10 fr.

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
15	3	3	2	2	25

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Facilità del sistema di aggancio del litotritore	Max 28
Semplice applicazione della pressione per la litotrissia	Max 21
Maneggevolezza	Max 21

### **LOTTO 26 – BASE D'ASTA € 400,00**

**Sistema per litotrissia extracanalare di emergenza** composto da:

- . guaina metallica pluriuso
- . manico pluriuso a vite
- . Possibilità di acquisto separato della sola guaina metallica di ricambio
- . Lunghezza operativa 900 mm

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
3	1	1	1	1	7

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Facilità del sistema di aggancio del litotritore	Max 28
Semplice applicazione della pressione per la litotrissia	Max 21
maneggevolezza	Max 21

### **LOTTO 27 – BASE D'ASTA € 79,00**

**Palloncini per estrazione calcoli vie biliari** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . doppio o triplo lume
- . radiopachi



- . filoguidabili
- . 0,035
- . palloncino pluridiametro
- . possibilità di iniettare contrasto sia sopra che sotto il palloncino

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
30	20	0	80	30	160

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Resistenza e tenuta del palloncino al gonfiaggio	Max 28
Visibilità in fluoroscopia	Max 14
Flessibilità del catetere	Max 28

### **LOTTO 28 – BASE D'ASTA € 100,00**

**Palloncini per estrazione calcoli vie biliari** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . triplo lume
- . radiopachi
- . filoguidabili
- . 0,035
- . palloncino pluridiametro
- . possibilità di iniettare contrasto sia sopra che sotto il palloncino
- . possibilità di utilizzo con guida corta

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
300	20	70	0	0	390

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Resistenza e tenuta del palloncino al gonfiaggio	Max 28
Visibilità in fluoroscopia	Max 14
Flessibilità del catetere	Max 28

**LOTTO 29 – BASE D’ASTA € 100,00****Palloncini per estrazione calcoli vie biliari** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . triplo lume
- . dotato di stiletto irrigiditore
- . radiopachi
- . filoguidabili
- . palloncino pluridiametro dimensione da 8.5 a 20 mm.
- . possibilità di iniettare contrasto sia sopra che sotto il palloncino
- . possibilità di utilizzo con guida corta
- . dotato di sistema di misurazione endoscopica
- . possibilità di inserire in un solo passaggio due guide nella via biliare

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
150	15	5	0	0	170

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Resistenza e tenuta del palloncino al gonfiaggio	Max 28
Visibilità in fluoroscopia	Max 14
Flessibilità del catetere	Max 28

**LOTTO 30 – BASE D’ASTA € 31,80****KIT per drenaggio naso-biliare** avente le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . sterile
- . diametro variabile da 5, 7 e 10 fr.
- . lunghezza totale almeno 250 cm.
- . per canale operativo da 2 e 2,8 mm
- . con tubo passaggio nasale
- . con tubo di connessione per drenaggio
- . con estremità distale dritta o pigtail e curva preformata per la C duodenale
- . con fori laterali

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
120	10	2	40	5	177



Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Scorrevolezza su filo guida	Max 28
Capacità di mantenimento della forma prestabilita	Max 28
Buona visibilità in rx scopia	Max 14

**LOTTO 31 – BASE D'ASTA € 110,00**

**Protesi biliari in materiale plastico** aventi le seguenti caratteristiche:

- . radiopache
- . pre montate
- . monouso
- . possibilità di recupero della protesi
- . di calibro almeno compreso tra 7 e 10 fr. e lunghezza compresa tra 5 e 15 cm.
- . con sistema di bloccaggio
- . compatibile con sistema a guida corta

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
150	50	25	20	0	245

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Caratteristiche della protesi	Max 28
Scorrevolezza della protesi	Max 14
Funzionalità del sistema di introduzione e rilascio	Max 28

**LOTTO 32****Kit completo Protesi biliari:****a) introduttore per protesi biliare BASE D'ASTA € 95,00**

aventi le seguenti caratteristiche:

- . compatibile con sistema a guida corta
- . possibilità di riposizionare la protesi

**b) protesi biliari in materiale plastico BASE D'ASTA € 65,00**

aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . retti e doppio pig-tail
- . di varie dimensioni e calibro



PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
40	20	15	5	0	80

L'introduttore e la protesi saranno valutati insieme sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Caratteristiche della protesi	Max 21
Scorrevolezza della protesi	Max 14
Funzionalità del sistema di introduzione e rilascio	Max 21
Disponibilità di varie misure e calibri	Max 14

### **LOTTO 33 – BASE D'ASTA € 92,50**

**Kit completo Protesi plastiche doppio pig-tail** aventi le seguenti caratteristiche

- . monouso
- . in materiale tipo sof-lex
- . calibro 10 fr con diverse lunghezze dello stent

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
150	10	10	7	9	186

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Caratteristiche della protesi	Max 28
Scorrevolezza della protesi	Max 14
Funzionalità del sistema di introduzione e rilascio	Max 28

### **LOTTO 34 – BASE D'ASTA € 105,00**

**Protesi biliari in materiale plastico tipo tannenbaum** aventi le seguenti caratteristiche:

- . pre montate
- . monouso
- . di diverse misure e calibro

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
10	10	5	40	0	65



Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
Caratteristiche della protesi	Max 28
Scorrevolezza della protesi	Max 14
Funzionalità del sistema di introduzione e rilascio	Max 28

**LOTTO 35 – BASE D’ASTA € 140,00**

**Palloncini da dilatazione idraulica TTS**, aventi le seguenti caratteristiche:

- . filoguidati
- . monouso
- . pluridiametro e lunghezza
- . ad espansione controllata per vie biliari
- . estremità radiopaca
- . compatibile con sistema a guida corta e con sistema di gonfiaggio per palloncini da dilatazione biliare di cui ai successivi lotti

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
100	10	2	4	0	116

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
Resistenza e tenuta del palloncino al gonfiaggio	Max 35
Dati di gonfiaggio chiari riportati sul catetere	Max 14
Gonfiaggio totale del palloncino	Max 21

**LOTTO 36 – BASE D’ASTA € 140,00**

**palloncini idropneumatici per dilatazione papilla di vater** avente le seguenti caratteristiche:

- . compatibilità con filo guida 0.035
- . monouso
- . diametro compreso tra 8 e 20 mm.
- . compatibilità con sistema a guida corta e con sistema di gonfiaggio per palloncini da dilatazione biliare di cui ai successivi lotti
- . indicazione alla dilatazione della papilla specificato in scheda tecnica



PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
30	10	5	2	1	48

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri

Caratteristiche	punteggio
Resistenza e tenuta del palloncino al gonfiaggio	Max 35
Dati di gonfiaggio chiari riportati sul catetere	Max 14
Gonfiaggio totale del palloncino	Max 21

### **LOTTO 37 – BASE D'ASTA € 25,00**

**Sistema di gonfiaggio per palloncini da dilatazione biliare** avente le seguenti caratteristiche:

- . sterile
- . monouso
- . dispositivo di gonfiaggio
- . con manometro
- . controllo pressione integrato
- . in grado di mantenere la posizione di gonfiaggio sui valori desiderati
- . compatibili con i palloni da dilatazione

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
40	0	0	1	1	42

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Visibilità del quadrante	Max 28
Maneggevolezza ed ergonomia del sistema	Max 28
Facilità nelle connessioni	Max 14

### **LOTTO 38 – BASE D'ASTA € 20,00**

**Sistema di gonfiaggio per palloncini da dilatazione** avente le seguenti caratteristiche:

- . sterile
- . monouso
- . dispositivo di gonfiaggio



- . con manometro e siringa
- . compatibili con i palloni da dilatazione idraulica TTS

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
50	10	10	1	5	76

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Visibilità del quadrante	Max 28
Maneggevolezza ed ergonomia del sistema	Max 28
Facilità nelle connessioni	Max 14

### **LOTTO 39 – BASE D'ASTA € 450,00**

**Pistola pluriuso compatibile con lotto precedente** avente le seguenti caratteristiche:

- . Punto neutro
- . Punto insufflazione
- . Punto desufflazione

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
2	1	1	1	1	6

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Visibilità del quadrante	Max 28
Maneggevolezza ed ergonomia del sistema	Max 28
Facilità nelle connessioni	Max 14

### **LOTTO 40**

**a) Protesi pancreatiche in materiale plastico BASE D'ASTA € 130,00**

- . aventi le seguenti caratteristiche:
- . monouso
- . con e senza alette di ancoraggio
- . di diverso calibro e lunghezza e conformazione

**b) spingitore compatibile - BASE D'ASTA € 30,00**

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
40	10	10	15	0	75

La protesi e lo spingitore saranno valutati insieme sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Caratteristiche della protesi	Max 21
Scorrevolezza della protesi	Max 14
Funzionalità del sistema di introduzione e rilascio	Max 21
Disponibilità di varie misure e calibri	Max 14

**LOTTO 41 – BASE D'ASTA € 35,00**

**Brushing filoguidati per vie biliari, compatibile con sistema a guida corta** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . accetta filo guida da 0,035
- . vario calibro

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
100	10	10	30	16	166

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Facilità di fuoriuscita e rientro dello spazzolino	Max 28
Scorrevolezza del dispositivo	Max 21
maneggevolezza	Max 21

**LOTTO 42 – BASE D'ASTA € 90,00**

**Fili guida zebrati** aventi le seguenti caratteristiche:

- . con anima in lega metallica
- . monouso
- . radiopachi
- . varie lunghezze della punta idrofila
- . almeno 2 diam: 0,0035 – 0,0025
- . lunghezza cm 260 e 450



- . con punta dritta e angolata
- . con anima stiff e standard

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
200	80	100	30	120	530

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Flessibilità	Max 14
Radiopacità e visione endoscopica	Max 28
scorrevolezza	Max 28

### **LOTTO 43 – BASE D’ASTA € 215,00**

**Fili guida** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . radiopachi
- . completamente idrofili
- . almeno diam: 0,035 - 0,025 - 0,021 - 0,018
- . varie lunghezza a partire da 260 cm
- . varie caratteristiche della punta e di rigidità

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
50	20	1	50	30	151

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Flessibilità	Max 14
Radiopacità e visione endoscopica	Max 28
scorrevolezza	Max 28

### **LOTTO 44 – BASE D’ASTA € 140,00**

**Fili guida zebrati** aventi le seguenti caratteristiche:

- . in nitinol
- . monouso
- . con doppia punta idrofila da 5 e 10 cm.
- . monouso



- . radiopaca
- . lunghezza da 260 a 450 cm
- . da 0,035
- . punta angolata o dritta
- . anima interna stiff e standard

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
30	10	2	0	0	42

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Flessibilità	Max 14
Radiopacità e visione endoscopica	Max 28
scorrevolezza	Max 28

### **LOTTO 45 – BASE D'ASTA € 95,00**

**Fili guida** aventi le seguenti caratteristiche:

- . in nitinol
- . monouso
- . punta a spirale idrofila sia angolata che dritta
- . radiopaca
- . per guida lunga o corta
- . diam da 0,025 a 0,035
- . possibilità di controllo torsione 1:1
- . anima interna standard

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
30	15	0	0	0	45

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Flessibilità	Max 14
Radiopacità e visione endoscopica	Max 28
scorrevolezza	Max 28

**LOTTO 46 – BASE D'ASTA € 77,50****Fili guida** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . semi idrofili
- . zebrati
- . calibro 0,018 -0,021
- . lunghezza 260 e 480cm

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
10	0	0	2	0	12

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Flessibilità	Max 14
Radiopacità e visione endoscopica	Max 28
scorrevolezza	Max 28

**LOTTO 47 – BASE D'ASTA € 99,00****Fili guida** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . da 0,025 e 0,035
- . sterili
- . isolati
- . punta dritta e angolata
- . con dispositivo di rotazione
- . punta idrofila 7 cm
- . anima in nitinol
- . con copertura al fluoro che non necessita di essere continuamente bagnata

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
30	10	5	2	10	57

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Flessibilità	Max 14
Radiopacità e visione endoscopica	Max 28
scorrevolezza	Max 28

**LOTTO 48 – BASE D’ASTA € 110,00****Filo guida ad alta rigidità** avente le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . anima interna in nitinol
- . punta idrofila
- . corpo super stiff
- . calibro 0,035
- . lunghezza 260 - 450 cm

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
25	20	1	2	0	48

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Rigidità	Max 14
Radiopacità e visione endoscopica	Max 28
scorrevolezza	Max 28

**LOTTO 49 – BASE D’ASTA € 270,00****Anse da polipectomia** aventi le seguenti caratteristiche:

- . pluriuso
- . monofilamento o plurifilamento
- . di varia tipologia (ovale a 90°, ovale piatta, ovale piatta con denti)
- . collegamento all’impugnatura ad anelli tramite luer lock
- . collegamento elettrico di tipo standard

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
10	0	0	10	0	20

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

caratteristiche	punteggio
Caratteristiche tecniche funzionali (apertura dell’ansa, scorrevolezza della guaina)	Max 28
Flessibilità dell’ansa metallica, resistenza della guaina	Max 21
maneggevolezza	Max 21

**LOTTO 50 – BASE D’ASTA € 7,70****Anse da polipectomia diatermica** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . di diverse dimensioni, forma e calibro
- . per canale 2 mm

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
30	10	5	5	0	50

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

caratteristiche	punteggio
Caratteristiche tecniche funzionali (apertura dell’ansa, scorrevolezza della guaina)	Max 28
Flessibilità dell’ansa metallica, resistenza della guaina	Max 21
maneggevolezza	Max 21

**LOTTO 51 – BASE D’ASTA € 7,00****Anse da polipectomia diatermica** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . di diverse dimensioni, forma e calibro comprese anse crescent
- . per canale operativo 2,8 mm

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
1200	900	800	820	500	4220

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

caratteristiche	punteggio
Caratteristiche tecniche funzionali (apertura dell’ansa, scorrevolezza della guaina)	Max 28
Flessibilità dell’ansa metallica, resistenza della guaina	Max 21
maneggevolezza	Max 21

**LOTTO 52 – BASE D'ASTA € 8,80****Anse da polipectomia** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . monofilamento
- . di varia tipologia
- . collegamento all'impugnatura ad anelli tramite luer lock
- . collegamento elettrico di tipo standard

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
150	10	10	0	0	170

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

caratteristiche	punteggio
Caratteristiche tecniche funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza della guaina)	Max 28
Flessibilità dell'ansa metallica, resistenza della guaina	Max 21
maneggevolezza	Max 21

**LOTTO 53 – BASE D'ASTA € 25,00****Anse da polipectomia diatermica** con le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . apertura 20 mm.
- . ovalari
- . con filo rigido intrecciato effetto "grasping"

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
35	10	10	10	10	75

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

caratteristiche	punteggio
Caratteristiche tecniche funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza della guaina)	Max 28
Flessibilità dell'ansa metallica, resistenza della guaina	Max 21
Capacità di grasping	Max 21

**LOTTO 54 – BASE D'ASTA € 62,80****Anse da polipectomia diatermica** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . lunghezza superiore a 300 cm per enteroscopi
- . canale operativo 2 mm
- . varie tipologie

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
10	0	0	10	0	20

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

caratteristiche	punteggio
Caratteristiche tecniche funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza della guaina)	Max 28
Flessibilità dell'ansa metallica, resistenza della guaina	Max 21
maneggevolezza	Max 21

**LOTTO 55 – BASE D'ASTA € 7,50****Anse da polipectomia per resezione a freddo** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . preferibilmente plurifilamento pressato
- . vari diametri => 10 mm con presenza obbligatoria del diam. 10 mm
- . possibilità di utilizzo anche per polipectomia a caldo
- . per canale operativo da 2,8 mm
- . Lunghezza 230 cm

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
500	100	300	10	150	1060

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

caratteristiche	punteggio
Caratteristiche tecniche funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza della guaina)	Max 28
Flessibilità dell'ansa metallica, resistenza della guaina	Max 21
maneggevolezza	Max 21

**LOTTO 56 – BASE D’ASTA € 63,50****Sistema di recupero polipi e corpi estranei a retino** avente le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . per canale 2 e 2,8 mm
- . varie misure e forme
- . sterili e non sterili
- . di varie lunghezze

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
400	50	20	28	25	523

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Maneggevolezza nella chiusura e apertura	Max 28
Validità dell'accessorio per quanto riguarda apertura e chiusura ripetuta	Max 21
maneggevolezza	Max 21

**LOTTO 57 – BASE D’ASTA €158,60****Sistema di recupero polipi e corpi estranei a tripode** avente le seguenti caratteristiche:

- . pluriuso
- . per canale 2 e 2,8 mm
- . varie misure e forme
- . sterile e non sterile
- . di varie lunghezze

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
15	1	1	2	2	21

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Maneggevolezza nella chiusura e apertura	Max 28
Validità dell'accessorio per quanto riguarda apertura e chiusura ripetuta	Max 21
maneggevolezza	Max 21

**LOTTO 58 – BASE D’ASTA € 5,55****Trappole per il recupero di piccoli polipi** aventi le seguenti caratteristiche:

- . con almeno 4 camere di recupero
- . facile recupero del materiale aspirato

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
1000	300	300	150	200	1950

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Facilità di aspirazione dei polipi nelle singole celle	Max 28
Facilità di espulsione dei liquidi durante l’aspirazione	Max 21
maneggevolezza	Max 21

**LOTTO 59 – BASE D’ASTA € 264,80****Catetere bivalente per sollevamento e resezione della mucosa** avente le seguenti caratteristiche :

- . monouso
- . diametro 7,5 fr
- . lunghezza 230 cm circa
- . con possibilità di esporre l’ago di uno o due mm

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
30	0	0	0	0	30

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Facilità di sollevamento della mucosa	Max 28
Maneggevolezza	Max 21
Scorrevolezza dell’ago	Max 21

**LOTTO 60 – BASE D’ASTA € 204,00****Kit completi per mucosectomia** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . 7 fr
- . comprensivi di anse, cappuccio, ago, cateterino a spruzzo

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
25	10	0	0	0	35

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Tenuta del terminale per la connessione allo strumento endoscopico	Max 28
Buona visione del campo endoscopico	Max 21
maneggevolezza	Max 21

**LOTTO 61 – BASE D’ASTA € 35,20****cateterini a spruzzo** aventi le seguenti caratteristiche

- . monouso
- . 7 fr

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
40	10	10	0	0	60

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Scorrevolezza e facilità di iniezione	Max 21
Qualità dell’effetto spray	Max 28
maneggevolezza	Max 21

**LOTTO 62 – BASE D’ASTA € 195,00****Sistema di legatura multi elastico per mucosectomia** avente le seguenti caratteristiche:

- . cilindro con elastici precaricati e cavo azionatore collegato



- . impugnatura per dispositivo di legatura multi elastico
- . catetere di caricamento
- . adattatore per irrigazione
- . ansa morbida intrecciata mini-esagonale

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
20	1	1	5	0	27

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Praticità di montaggio del dispositivo sull'endoscopio	Max 28
Buona visibilità attraverso il materiale plastico	Max 28
Tenuta sul vuoto	Max 14

### **LOTTO 63– BASE D'ASTA € 405,00**

**Punte per dissezione della mucosa** aventi le seguenti caratteristiche :

- . monouso
- . 7fr
- . Accessorio diatermico monopolare con punta a elettrodo circolare metallico che taglia in tutte direzioni, rivestito distalmente da cilindro ceramico isolante che impedisce la perforazione
- . diverse lunghezze per EGDS e colon
- . punta con ago a uncino, retrattile, rotante, diverse lunghezze per EGDS e colon
- . punta con ago dotato di punta a triangolo, per marcatura e dissezione
- . punta ad ago retrattile a pomello per eseguire marcatura/emostasi e dissezione a seconda dell'esposizione dell'ago
- . Tutti compatibili con canale operativo da 2,8mm, manico integrato

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
60	5	5	0	0	70

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Facilità di apertura e chiusura	Max 28
Validità della conducibilità elettrica	Max 21
maneggevolezza	Max 21

**LOTTO 64 – BASE D’ASTA € 800,00****Ansa per resezione endoscopica della sottomucosa** avente le seguenti caratteristiche:

- . filo di taglio da 15 mm.
- . loop isolato di almeno due differenti forme e dimensioni

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
20	5	0	0	0	25

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Facilità di apertura e chiusura	Max 28
Validità della conducibilità elettrica	Max 21
maneggevolezza	Max 21

**LOTTO 65– BASE D’ASTA € 340,00****pinze emostatiche monopolari** aventi le seguenti caratteristiche:. monouso

- . valve ad alligatore
- . diverse lunghezze per EGDS e colon
- . manico integrato
- . compatibili con punte per dissezione della mucosa lotto precedente

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
30	5	1	0	1	37

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Facilità di apertura e chiusura	Max 28
Validità della conducibilità elettrica	Max 21
maneggevolezza	Max 21

**Lotto 66 – BASE D’ASTA € 268,00****pinze emostatiche bipolari** aventi le seguenti caratteristiche:. monouso

- . diverse lunghezze per EGDS e colon
- . manico integrato

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
30	2	1	2	1	36

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Facilità di apertura e chiusura	Max 28
Validità della conducibilità elettrica	Max 21
maneggevolezza	Max 21

**LOTTO 67 – BASE D’ASTA € 23,50****cappucci semirigidi** aventi le seguenti caratteristiche:

- .trasparenti
- .monouso
- .di vario calibro e forma
- .dritto con bordo smusso
- .preferibilmente con foro laterale
- .diametro compatibile con strumenti in uso (colonscopi e gastroscopi olympus, pentax e fuji)
- .compatibili con punte per dissezione della mucosa di cui al precedente lotto 60

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
100	5	5	5	0	115

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Tenuta del terminale per la connessione allo strumento endoscopico	Max 28
trasparenza	Max 21
maneggevolezza	Max 21

**LOTTO 68– BASE D’ASTA € 213,00****Overtube per l’esecuzione di enteroscopia single-balloon** avente le seguenti caratteristiche:

- . attacchi compatibili con apparecchiatura Olympus



PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
20	0	0	0	0	20

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Maneggevolezza	Max 70

### **LOTTO 69 – BASE D’ASTA € 765,00**

**Overtube per l’esecuzione di enteroscopia double-balloon** avente le seguenti caratteristiche:

- . attacchi compatibili con apparecchiatura Fuji

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
0	0	0	5	0	5

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Scorrevolezza	Max 35
Tenuta del pallone	Max 35

### **LOTTO 70 – BASE D’ASTA € 66,00**

**Palloncini ed elastici per enteroscopia doppio pallone** avente le seguenti caratteristiche:

- . compatibile con apparecchiatura Fuji

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
0	0	0	20	0	20

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Resistenza	Max 35
Facilità di posizionamento	Max 35

**LOTTO 71 – BASE D’ASTA € 8,44****Aghi per iniezione della mucosa** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . da 20 – 21 – 23 - 25- g
- . calibro 5 o 7 fr
- . lunghezza >200 cm

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
3000	1000	1500	850	400	6750

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

caratteristiche	punteggio
Fuoriuscita dell’ago in linea con la guaina (non la perfora)	Max 28
Resistenza del materiale	Max 14
Flessibilità dell’estremità distale	Max 28

**LOTTO 72 – BASE D’ASTA € 14,00****Aghi per iniezione mucosa** aventi le seguenti caratteristiche:

- . lunghezza superiore a 250 cm
- . monouso
- . per canale da 2.0 mm e 2,8 mm (disponibili entrambe le misure – non in alternativa)

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
20	20	10	10	0	60

Il dispositivo

medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

caratteristiche	punteggio
Fuoriuscita dell’ago in linea con la guaina (non la perfora)	Max 28
Resistenza del materiale	Max 14
Flessibilità dell’estremità distale	Max 28

**LOTTO 73 – BASE D’ASTA € 250,00****Materiale accessorio per esecuzione ercp con enteroscopi - Sfinterotomi filoguidati**

aventi le seguenti caratteristiche:

- . lunghezza 320 cm



- . per canale operativo da 2.0 mm e 2,8 mm (non in alternativa ma disponibili entrambe le misure)
- . compatibile con filo guida 0,035

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
5	0	0	2	0	7

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Capacità di conduzione elettrica dell'accessorio	Max 14
Capacità della punta di essere curvata dal comando manuale	Max 28
Capacità della punta di mantenersi in asse con lo strumento	Max 28

### **LOTTO 74 – BASE D'ASTA € 250,00**

#### **Materiale accessorio per esecuzione ERC con enteroscopi : Papillotomi per precut**

aventi le seguenti caratteristiche:

- . lunghezza 320 cm
- . compatibile con canale 2.0 mm e 2,8 mm (non in alternativa ma disponibili entrambe le misure)

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
2	0	0	2	0	4

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Facilità nella fuoriuscita e retrazione dell'ago	Max 28
Maneggevolezza dell'impugnatura	Max 21
Maneggevolezza del dispositivo	Max 21

### **LOTTO 75 – BASE D'ASTA € 185,00**

#### **Materiale accessorio per esecuzione ERC con enteroscopi : Cateteri per ERCP**

aventi le seguenti caratteristiche:

- . canale operativo 2.0 mm e 2,8 mm (non in alternativa ma disponibili entrambe le misure)
- . punta radiopaca
- . compatibile con filo guida 0,035
- . monouso o pluriuso
- . lunghezza superiore a 250 cm.



PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
5	0	0	2	0	7

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Scorrevolezza e facilità di iniezione	Max 28
Adattabilità del materiale alla curvatura manuale	Max 21
maneggevolezza	Max 21

### **LOTTO 76 – BASE D'ASTA € 300,00**

**Materiale accessorio per esecuzione erc con enteroscopi : Fili guida zebrati** aventi le seguenti caratteristiche:

- . lunghezza 600 cm
- . diametro 0,035

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
5	0	0	4	0	9

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Flessibilità	Max 14
Radiopacità e visione endoscopica	Max 28
scorrevolezza	Max 28

### **LOTTO 77 – BASE D'ASTA € 300,00**

**Materiale accessorio per esecuzione erc con enteroscopi : Palloncini per dilatazione biliare** aventi le seguenti caratteristiche:

- . per canale operativo 2.0 mm e 2,8 mm (non in alternativa ma disponibili entrambe le misure)
- . lunghezza 320 cm
- . diametro pallone gonfio 18, 24, 30 fr
- . monouso

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
5	0	0	2	0	7

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Resistenza e tenuta del palloncino al gonfiaggio	Max 28
Visibilità in fluoroscopia	Max 14
Flessibilità del catetere	Max 28

**LOTTO 78 – BASE D'ASTA € 79,00****Materiale accessorio per esecuzione erc con enteroscopi : Palloncini per estrazione calcoli** aventi le seguenti caratteristiche:

- . lunghezza 275 cm
- . per canale operatore 2.0 mm e 2,8 mm (non in alternativa ma disponibili entrambe le misure)
- . 6,6 fr
- . radiopaco
- . diametro del pallone gonfio 8,5-12-15 mm

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
5	0	0	2	0	7

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Resistenza e tenuta del palloncino al gonfiaggio	Max 28
Visibilità in fluoroscopia	Max 14
Flessibilità del catetere	Max 28

**LOTTO 79 – BASE D'ASTA € 149,00****Materiale accessorio per esecuzione erc con enteroscopi: Pinze da biopsia pluriuso** aventi le seguenti caratteristiche:

- . valve fenestrate
- . con ago
- . lunghezza per gastro e colon
- . per canale da 2,0 - 2,8 - 3,7 mm



PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
3	0	0	5	0	8

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

caratteristiche	punteggio
Validità del morso	Max 28
Praticità di apertura e chiusura	Max 21
Scorrimento all'interno del canale biotico	Max 21

**LOTTO 80 – BASE D'ASTA € 106,00**

**Materiale accessorio per esecuzione ercp con enteroscopi - spingitore** avente le seguenti caratteristiche:

- . compatibilità con protesi plastiche biliari per esecuzione erc con enteroscopi in uso
- . lunghezza superiore a 250 cm.

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
5	0	0	2	0	7

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Capacità di spinta	35
scorrevolezza	35

**LOTTO 81 – BASE D'ASTA € 149,00**

**Materiale accessorio per esecuzione di enteroscopia con enteroscopi - Sonde bipolari** aventi le seguenti caratteristiche:

- . da 5fr – 7fr. e 10 fr
- . sterili
- . lunghezza 350 cm
- . monouso
- . compatibile con elettrobisturi erbe

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
2	0	0	1	0	3



Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Conducibilità elettrica	Max 28
Efficacia della coagulazione	Max 28
Maneggevolezza	Max 14

**LOTTO 82 – BASE D'ASTA € 16,95**

**Materiale accessorio per esecuzione di enteroscopia con enteroscopi - Pinze biopsia per esecuzione ercp con enteroscopi** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . lunghezza superiore a 250 cm
- . per enteroscopia
- . per canale operativo 2,8 mm

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
10	0	0	0	0	10

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	Punteggio
Validità del morso	Max 28
Praticità di apertura e chiusura	Max 21
Scorrimento all'interno del canale biotico	Max 21

**LOTTO 83 – BASE D'ASTA € 4,80**

**Pinze da biopsia** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . valve fenestrate
- . con e senza ago
- . lunghezza per gastro e colon
- . canale da 2 e 2,8 mm

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
6000	2.000	3000	2.000	2.400	15.400

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
Validità del morso	Max 28
Praticità di apertura e chiusura	Max 21
Scorrimento all'interno del canale bioptico	Max 21

**LOTTO 84 – BASE D'ASTA € 4,80****Pinze da biopsia** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . valve fenestrate
- . con e senza ago
- . lunghezza per gastro e colon
- . per macro biopsie

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
4000	20	500	20	20	4560

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
Validità del morso	Max 28
Praticità di apertura e chiusura	Max 21
Scorrimento all'interno del canale bioptico	Max 21

**LOTTO 85 – BASE D'ASTA € 230,00****Pinze da biopsia** aventi le seguenti caratteristiche:

- . pluriuso
- . valve fenestrate
- . con e senza ago
- . lunghezza per gastro e colon
- . per macro biopsie

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
15	5	0	5	2	27



Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
Validità del morso	Max 28
Praticità di apertura e chiusura	Max 21
Scorrimento all'interno del canale bioptico	Max 21

**LOTTO 86 – BASE D'ASTA € 8,40**

**Cappuccio per recupero corpi estranei** avente le seguenti caratteristiche:

- . sterile
- . monouso
- . applicabile all'estremità dell'endoscopio

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
10	10	5	2	10	37

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
adattabilità alla punta dello strumento	Max 28
Tenuta sulla punta	Max 28
maneggevolezza	Max 14

**LOTTO 87 – BASE D'ASTA € 130,10**

**Accessori per il recupero di corpi estranei: pinza morso alligatore**

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
2	1	1	2	1	7

**LOTTO 88 – BASE D'ASTA € 169,00**

**Accessori per il recupero di corpi estranei: pinza morso dente di topo**

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
2	1	1	2	1	7

**LOTTO 89 – BASE D'ASTA € 162,00****Accessori per il recupero di corpi estranei: pinza morso a dente di topo braccia lunghe**

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
2	1	1	1	4	9

**LOTTO 90 – BASE D'ASTA € 142,00****Accessori per il recupero di corpi estranei: pinza morso a valve gommate**

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
2	1	1	1	1	6

**LOTTO 91– BASE D'ASTA € 140,80****Accessori per il recupero di corpi estranei: forbice**

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
1	1	1	1	1	5

Ognuno (dal lotto 87 al lotto 91) aventi le seguenti caratteristiche:

- . pluriuso
- . di vario genere
- . per canale da 2 e 2,8 mm

I dispositivi medici di cui ai lotti da 87 a 91 saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:

caratteristiche	punteggio
Validità del morso	Max 28
Praticità di apertura e chiusura	Max 21
Scorrimento all'interno del canale biottico	Max 21

**LOTTO 92 – BASE D’ASTA € 599,00****Taglierina transendoscopica** avente le seguenti caratteristiche :

- . specifica per tagliare i residui di endo-loop
- . per canale da 2,8 mm

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
1	1	1	1	1	5

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

caratteristiche	punteggio
Validità del taglio	Max 28
Praticità di apertura e chiusura	Max 21
Scorrimento all'interno del canale bioptico	Max 21

**LOTTO 93 – BASE D’ASTA € 155,00****Palloni da dilatazione idraulica TTS** compatibili con il Sistema di gonfiaggio per palloncini da dilatazione lotti 34 e 35 aventi le seguenti caratteristiche:

- . filoguidato
- . monouso
- . pluridiametro e lunghezza
- . ad espansione controllata
- . per gastro e colon

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
80	10	10	20	5	125

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Resistenza e tenuta del palloncino al gonfiaggio	Max 35
Dati di gonfiaggio chiari riportati sul catetere	Max 14
Gonfiaggio totale del palloncino	Max 21

**LOTTO 94 – BASE D’ASTA € 400,00****Palloncini per acalasia** aventi le seguenti caratteristiche:

- . pluriuso
- . markers radiopachi
- . da usare fuori del canale operativo
- . filoguidabili
- . palloni da 30 a 40 mm.di diametro

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
5	0	0	1	0	6

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Rapidità di gonfiaggio e sgonfiaggio	Max 28
Maneggevolezza ed ergonomia del sistema	Max 28
Facilità nelle connessioni	Max 14

**LOTTO 95 – BASE D’ASTA € 230,00****Set per Peg metodo introducir** avente le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . sterili
- . kit completo (punti a T con fissatore esterno, ago cannula, filo guida, dilatatore)

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
5	1	1	10	1	18

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Facilità di introduzione	Max 28
Facilità di posizionamento dei punti	Max 28
Maneggevolezza	Max 14

**LOTTO 96 – BASE D’ASTA € 64,00****Set per Peg in silicone metodo push** avente le seguenti caratteristiche :

- . monouso



- . sterili
- . mis. 14 - 20 - 24 fr
- . set dotato di bisturi, filo guida, introduttore ad ago

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
2	0	0	110	0	112

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Facilità di introduzione	Max 28
Facilità di rimozione	Max 28
Maneggevolezza	Max 14

### **LOTTO 97 – BASE D'ASTA € 65,00**

**Set per Peg in silicone metodo pull** avente le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . sterili
- . mis. 14 - 20 - 24 fr
- . kit completo
- . set dotato di bisturi, filo guida, introduttore ad ago
- . traction removal

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
150	60	40	2	30	282

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Facilità di introduzione	Max 28
Facilità di rimozione	Max 28
Maneggevolezza	Max 14

### **LOTTO 98 – BASE D'ASTA € 10,00**

**Adattatori di sostituzione a y per PEG compatibili con i lotti per peg metodo push e metodo pull aventi le seguenti caratteristiche:**

- . MONOUSO



- . sterili
- . varie misura a partire da 14fr e almeno sino a 20 fr.

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
100	30	10	20	10	170

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Adattabilità alla Peg	Max 28
Connessione al dispositivo agevole	Max 21
maneggevolezza	Max 21

### **LOTTO 99 – BASE D'ASTA € 34,00**

#### **spazzolini/scovolini per disostruzione PEG**

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
50	10	10	10	8	88

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Maneggevolezza	Max 28
atraumaticità	Max 21
scorrevolezza	Max 21

### **LOTTO 100 – BASE D'ASTA € 419,00**

#### **Sonde in silicone per alimentazione digiunale-transgastrica**

avente le seguenti caratteristiche:

- . per contemporaneo drenaggio/decompressione gastrica e somministrazione di nutrizione enterale nel duodeno distale o nel digiuno prossimale
- . per posizionamento endoscopico/radiologico

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
10	10	2	2	2	26



Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>Punteggio</b>
Facilità di presa e di trascinarsi della sonda digiunale	Max 35
Scorrevolezza della sonda digiunale	Max 21
maneggevolezza	Max 14

**LOTTO 101 – BASE D'ASTA € 419,00**

**Sonde in silicone per alimentazione digiunale-transgastrica** avente le seguenti caratteristiche:

- . per contemporaneo drenaggio/decompressione gastrica e somministrazione di nutrizione enterale nel duodeno distale o nel digiuno prossimale
- . per posizionamento endoscopico/radiologico
- . a basso profilo

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
10	1	1	2	1	15

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
Resistenza e tenuta del palloncino al gonfiaggio	Max 35
Dati di gonfiaggio chiari riportati sul catetere	Max 14
Gonfiaggio totale del palloncino	Max 21

**LOTTO 102 – BASE D'ASTA € 35,00**

**Sonde da sostituzione per PEG con sistema di fissaggio a palloncino di vario calibro e misure** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . sterili
- . diametro sondino variabile da 14 a 24 fr.
- . cateteri dotati di palloncino distale

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
200	50	40	80	40	410



Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
Tenuta del blocco esterno	Max 28
Tenuta del palloncino	Max 14
Maneggevolezza	Max 28

**LOTTO 103 – BASE D’ASTA € 29,90**

**Sonde da sostituzione per PEG a pulsione di vario calibro e misure** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . sterili
- . diametro sondino variabile da 14 a 24 fr.

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
50	15	5	10	10	90

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
Tenuta del blocco esterno	Max 28
Flessibilità fermo interno	Max 14
Maneggevolezza	Max 28

**LOTTO 104 – BASE D’ASTA € 84,50**

**Sonde da sostituzione a basso profilo (bottoni)** aventi le seguenti caratteristiche:

- . con palloncino di ancoraggio gastrico
- . monouso
- . sterili
- . cateteri di varie lunghezze da 2 a 5 cm.
- . Diametro del sondino variabile da 14 a 24 fr.

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
20	5	5	10	5	45



Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Tenuta del blocco esterno	Max 21
Tenuta del palloncino	Max 21
Maneggevolezza	Max 28

### **LOTTO 105 – BASE D'ASTA € 78,00**

**Sonde da sostituzione a basso profilo (bottoni)** aventi le seguenti caratteristiche:

- . con sistema di ancoraggio semirigido
- . con bumper semirigido di vario calibro e misure
- . monouso
- . sterili
- . cateteri di varie lunghezze da 2 a 5 cm.
- . Diametro del sondino variabile da 14 a 24 fr.

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
20	5	5	10	5	45

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Tenuta del blocco esterno	Max 21
Flessibilità fermo interno	Max 21
Maneggevolezza	Max 28

### **LOTTO 106 – BASE D'ASTA € 168,00**

**kit per introduzione sonda nasodigunale in poliuretano da nutrizione enterale post pilorica con catetere di aspirazione gastrica coassiale** avente le seguenti

caratteristiche:

- . monouso
- . sterili
- . in silicone
- . connettore porta di nutrizione digiunale universale
- . porta decompressione gastrica
- . porte di uscita gastrica e digiunale multiple
- . striscia radiopaca
- . porzione digiunale trattata con tungsteno



- . diametro sondino variabile da 16 a 22 fr
- . lunghezza almeno 45 cm.

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
30	10	1	2	1	44

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Rispondenza alle caratteristiche richieste	Max 28
Sistema di blocco esterno (fermo)	Max 14
Maneggevolezza	Max 28

### **LOTTO 107 – BASE D’ASTA € 140,00**

**kit per introduzione sonda nasodigunale** avente le seguenti caratteristiche:

- . TTS
- . monouso
- . sterili
- . da 8 a 10 fr.
- . lunghezza > 230 cm.
- . provvista di filo guida e cannula di trasferimento nasale

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
2	0	1	10	0	13

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Rispondenza alle caratteristiche richieste	Max 28
Sistema di blocco esterno (fermo)	Max 14
Maneggevolezza	Max 28

### **LOTTO 108 – BASE D’ASTA € 58,00**

**Clip per emostasi o marcatura** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . preferibilmente con possibilità di rotazione per gastro, colon ed enteroscopia
- . premontate



PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
500	1	5	10	1	517

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Capacità di presa della clip	Max 21
Capacità di posizionamento clip in sequenza	Max 21
Maneggevolezza	Max 28

### **LOTTO 109 – BASE D'ASTA € 817,00**

**Sistema di posizionamento clips** avente le seguenti caratteristiche:

- . pluriuso
- . autoclavabile
- . dotato di applicatore metallico e manico in corpo unico
- . dotato di dispositivo di rotazione
- . lunghezza variabile da 150 a 240 cm.

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
15	1	3	2	2	23

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Facilità di rilascio della clip	Max 21
Facilità di cattura della clip	Max 21
Maneggevolezza	Max 28

### **LOTTO 110 – BASE D'ASTA € 11,00**

**clip con diverse caratteristiche del braccio e del dente** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . sterili
- . compatibili con l'applicatore di cui al lotto precedente
- . angolazioni variabili da 90° a 140° e lunghezza variabile da 4 a 8 mm

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
2500	100	400	100	300	3400

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Facilità di chiusura della clip	Max 28
adattabilità della clip ai tessuti	Max 28
Maneggevolezza	Max 14

**LOTTO 111 – BASE D'ASTA € 80,00****Clip per emostasi o marcatura** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . rotanti
- . apribili e richiudibili più volte
- . di varia lunghezza
- . con applicatore e manico premontato
- . apertura della clip di almeno 10 mm.
- . con indicazione trattamento emorragia post polipectomia

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
200	100	80	50	120	550

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Capacità di presa della clip	Max 14
Capacità di apertura e chiusura multipla	Max 28
Maneggevolezza	Max 28

**LOTTO 112 – BASE D'ASTA € 85,00****Clip per emostasi o marcatura** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . rotanti
- . apertura > 11 mm
- . senza guaina scorrevole esterna



- . senza rientro della clip nella guaina durante la chiusura
- . basso profilo della clip dopo il posizionamento

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
200	0	0	100	0	300

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Capacità di presa della clip	Max 14
Capacità di apertura e chiusura multipla	Max 28
Maneggevolezza	Max 28

### **LOTTO 113 – BASE D’ASTA € 120,00**

**clip metalliche per emostasi** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . rotanti
- . Apertura della clip di almeno 16 mm
- . preferibilmente dotate di barre stabilizzatrici
- . Richiudibili e riapribili più volte prima del posizionamento
- . Chiusura regolabile anche a valve non completamente aperte

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
200	10	30	10	15	262

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Capacità di presa delle clip	Max 14
Facilità di chiusura della clip	Max 28
Stabilità della clip	Max 28

### **LOTTO 114 – BASE D’ASTA € 60,00**

**Clip per emostasi o marcatura** avente le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . rotanti
- . riposizionabili
- . parte distale metallica non rivestita per posizioni tortuose e/o duodenoscopi



PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
0	0	0	200	0	200

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Capacità di presa delle clip	Max 14
Facilità di chiusura della clip	Max 28
maneggevolezza	Max 28

### **LOTTO 115 – BASE D'ASTA € 70,00**

**Clip per emostasi o marcatura** avente le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . rotanti
- . riposizionabili
- . con sistema di lavaggio di parete

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
0	0	0	200	0	200

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Capacità di presa delle clip	Max 14
Facilità di chiusura della clip	Max 28
maneggevolezza	Max 28

### **LOTTO 116 – BASE D'ASTA € 35,00**

**Clip per emostasi o marcatura** avente le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . rotanti
- . non riposizionabili

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
0	0	0	200	0	200



Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Capacità di presa delle clip	Max 14
Facilità di chiusura della clip	Max 28
maneggevolezza	Max 28

**LOTTO 117 – BASE D'ASTA € 170,00**

**Sonda per decompressione colica** avente le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . sterile
- . O.T.W.
- . 14 fr.
- . provvista di filo guida

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
25	0	0	25	0	50

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Capacità di drenaggio	Max 28
Scorrevolezza su filo guida	Max 28
Facilità di visione radiologica	Max 14

**LOTTO 118 – BASE D'ASTA € 65,00**

**Legatore multiplo di varici esofagee** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . sterile
- . con elastici precaricati in numero variabile da 4 a 10
- . con buona visione endoscopica attraverso il cappuccio terminale
- . compatibile con canale operativo di 2,8 mm ed eventualmente anche inferiori composto da:
  - . impugnatura
  - . filo di rilascio
  - . tubo di irrigazione

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
150	30	10	150	4	344



Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
Caratteristiche del sistema di rilascio : maneggevolezza, funzionalità atraumaticità	Max 28
Visibilità attraverso la capsula precaricata	Max 28
Praticità di montaggio	Max 14

**LOTTO 119 – BASE D’ASTA € 100,00**

**Guide di acciaio o nitinol tipo Savary-Gilliard** aventi le seguenti caratteristiche:

- . con punta standard flessibile
- . markers radiopachi
- . lunghezza per gastro e colon
- . calibro 0,038

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
10	1	1	2	1	15

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
Flessibilità della punta ma con buon ancoraggio sulla parte rigida	Max 28
Adeguate rigidità della parte rigida	Max 21
Scorrevolezza	Max 21

**LOTTO 120 – BASE D’ASTA € 280,00**

**dilatatori tipo Savary- Gilliard** aventi le seguenti caratteristiche:

- . di vario calibro a partire da 5 mm.

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
1	1	1	1	1	5

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
Flessibilità e buona rastrematura della punta	Max 35
Scorrevolezza	Max 35

**LOTTO 121 – BASE D’ASTA € 150,00****Cateteri emostatici bipolari** da 7 o 10 fr con ago coassiale di iniezione e canale di lavaggio

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
20	1	1	3	2	27

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Conducibilità elettrica	Max 28
Efficacia della coagulazione	Max 28
Maneggevolezza	Max 14

**LOTTO 122 - BASE D’ASTA € 69,00****Sistema di legatura polipi con cappio, pre o post polipectomia, per emostasi, pre montato (endo-loop)** avente le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . costituito da guaina e cavo di trazione
- . per canale endoscopico di diametro minimo di 2,8 mm.
- . lunghezza minima 230 cm.

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
250	30	20	20	15	335

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Maneggevolezza nella chiusura e apertura	Max 28
Facilità di rilascio dell'endoloop	Max 21
maneggevolezza	Max 21

**LOTTO 123 – BASE D’ASTA € 511,00****Applicatore pluriuso compatibile con i loop lotto 115 lunghezza per gastro e colon anima metallica e camicia plastica in metallo**



PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
0	0	5	0	0	5

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
maneggevolezza	Max 70

**LOTTO 124 – BASE D’ASTA € 139,00****manico pluriuso compatibile con lotto precedente**

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
0	0	1	0	0	1

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
maneggevolezza	Max 70

**LOTTO 125 – BASE D’ASTA € 38,00****loop monouso caricabili e compatibili con applicatore lotti 113 e 114 varie dimensioni**

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
0	0	30	0	0	30

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Maneggevolezza nella chiusura e apertura	Max 28
Facilità di rilascio dell’endoloop	Max 21
Facilità di caricamento-montaggio dell’endoloop	Max 21

**Materiale per ecoendoscopia****LOTTO 126 – BASE D'ASTA € 210,00****Aghi per eseguire FNA ad alta definizione (esame citologico ago-aspirato), in ecoendoscopia** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . vario calibro 25-22-19
- . sterili
- . intracanalari
- . con possibilità di regolare sia la lunghezza del catetere uscente dal canale che dell'ago dalla guaina
- . siringhe tipo menghini

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
200	0	0	0	0	200

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Regolabilità dell'estensione dell'ago	Max 14
Regolabilità dell'estensione della guaina	Max 14
maneggevolezza	Max 42

**LOTTO 127 – BASE D'ASTA € 300,00****Aghi per drenaggio pseudocisti in ecoendoscopia** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . sterili
- . progettati per eseguire la puntura elettrochirurgica di pseudocisti pancreatiche
- . intracanalari
- . accetta filo guida da 0,035 fr.
- . con possibilità di regolare sia la lunghezza del catetere uscente dal canale che dell'ago dalla guaina
- . diametro dell'ago almeno 19 g.

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
2	0	0	0	0	2



Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	Punteggio
Regolabilità dell'estensione dell'ago	Max 14
Regolabilità dell'estensione della guaina	Max 14
maneggevolezza	Max 42

### **LOTTO 128 – BASE D'ASTA € 400,00**

**Aghi per neurolisi plesso celiaco** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . sterili
- . intracanalari
- . accetta filo guida da 0,035 fr.
- . con possibilità di regolare sia la lunghezza del catetere uscente dal canale che dell'ago dalla guaina
- . diametro dell'ago almeno 19 g.

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
2	0	0	0	0	2

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Regolabilità dell'estensione dell'ago	Max 28
Regolabilità dell'estensione della guaina	Max 28
maneggevolezza	Max 14

### **LOTTO 129 – BASE D'ASTA € 650,00**

**Pinza per biopsia ecoendoscopica** per lesioni cistiche pancreatiche aventi le seguenti caratteristiche:

- . introducibile attraverso ago da 19g

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
15	0	0	0	0	15

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
Maneggevolezza nell'inserzione dell'ago da biopsia	Max 50
Validità dell'accessorio per quanto riguarda apertura e chiusura ripetuta	Max 20

**LOTTO 130 – BASE D'ASTA € 350,00****Aghi per prelievo istologico in ecoendoscopia** aventi le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . calibro 19G – 20G - 22G – 25G
- . sterili
- . intracanalari
- . con fenestrazione laterale
- . stiletto in nitinol

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
150	0	0	0	0	150

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>Punteggio</b>
Regolabilità dell'estensione dell'ago	Max 14
Regolabilità dell'estensione della guaina	Max 14
maneggevolezza	Max 42

**LOTTO 131 – BASE D'ASTA € 1.375,00****Protesi metallica completamente rimovibile, trans gastrica, per drenaggio di pseudo cisti pancreatiche (per ecoendoscopia)**

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
4	0	0	0	0	4



Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
Funzionalità del sistema di introduzione/ rilascio	Max 28
Scorrevolezza della protesi	Max 21
maneggevolezza	Max 21

### **LOTTO 132 – BASE D’ASTA € 369,00**

**cistotomi** aventi le seguenti caratteristiche:

- . per il trattamento delle pseudocisti pancreatiche in ecoendoscopia
- . costituito da 2 cateteri coassiali
- . esterno con calibro 10 fr.
- . interno con calibro 5 f.
- . dispositivo dotato di un ago di taglio all’estremità del catetere interno e di un anello diatermico all’estremità del catetere esterno.
- . Accetta filo guida da 0,,35”
- . monouso

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
8	0	0	0	0	8

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
maneggevolezza	Max 35
scorrevolezza	Max 35

### **LOTTO 133 – BASE D’ASTA € 400,00**

**Aghi introduttori con mandrino a punta a becco di flauto per drenaggio pseudocisti calibro 19**

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
8	0	0	0	0	8



Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
Regolabilità dell'estensione dell'ago	Max 14
Regolabilità dell'estensione della guaina	Max 14
maneggevolezza	Max 42

**LOTTO 134 – BASE D'ASTA € 4,15****Palloncini monouso compatibili per ecoendoscopi Olympus radiale e lineare**

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
800	0	0	0	0	800

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
Facilità di montaggio	Max 35
Tenuta del palloncino	Max 35

**LOTTO 135 – BASE D'ASTA € 1,10****Scovolini monouso compatibili con colonscopi, enteroscopi e duodenoscopi per pulizia canali a 2 – 3 spazzole**

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
12000	6000	5000	7500	3000	33.500

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
Numero di spazzole	Max 35
Morbidezza	Max 35

**LOTTO 136 – BASE D'ASTA € 300,00****Cistotomo per drenaggio trans-gastrico delle vie biliari su guida ecoendoscopica**  
avente le seguenti caratteristiche:



- . diametro esterno 6 fr.
- . accetta filo guida da 0.035
- . pluriuso, autoclavabile

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
3	0	0	0	0	3

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
maneggevolezza	Max 35
scorrevolezza	Max 35

### **LOTTO 137 – BASE D'ASTA € 10,00**

#### **scovolini pluriuso autoclavabili per pulizia perivalvolare a una o più spazzole**

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
200	30	100	15	20	365

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Numero di spazzole	Max 35
Morbidezza	Max 35

### **LOTTO 138 – BASE D'ASTA € 39,90**

#### **scovolini pluriuso autoclavabili per pulizia dei canali dell'endoscopio a una o più spazzole**

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
15	0	0	0	0	15

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
Numero di spazzole	Max 35
Morbidezza	Max 35

**LOTTO 139 – BASE D’ASTA € 2,29****Spugne o salviette per detersione endoscopi**

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
10000	0	0	0	0	10000

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
resistenza	Max 35
Morbidezza	Max 35

**LOTTO 140 – BASE D’ASTA € 1,00****Boccaglio per l'introduzione dell'endoscopio di varia tipologia con e senza elastico, con raccordo per O2, varie misure (compresa pediatrica)**

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
10000	300	50	10	50	10.410

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
resistenza	Max 35
Morbidezza	Max 35

**LOTTO 141 – BASE D’ASTA € 980,00****Pallone per il trattamento dell'obesità avente le seguenti caratteristiche:**

- . monouso
- . sterile



- . in silicone
- . a lunga permanenza in cavità gastrica
- . a riempimento regolabile
- . riempibile con soluzione salina

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
25	1	0	1	0	27

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Agevolezza di posizionamento	Max 28
maneggevolezza	Max 21
resistenza	Max 21

### **LOTTO 142 – BASE D’ASTA € 229,50**

#### **Pinze pluriuso dedicate al riempimento e svuotamento del pallone del lotto precedente**

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
2	1	0	1	0	4

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Agevolezza di posizionamento	Max 28
maneggevolezza	Max 21
resistenza	Max 21

### **LOTTO 143 – BASE D’ASTA € 187,00**

#### **Aghi pluriuso dedicati al riempimento e svuotamento del pallone del lotto precedente**

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
2	1	0	1	0	4



Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
Agevolezza di posizionamento	Max 28
maneggevolezza	Max 21
resistenza	Max 21

**Sistema per il trattamento endoscopico di perforazioni, sanguinamenti gastrointestinali e chiusura di fistole gastrointestinali** composto da:

**LOTTO 144 – BASE D’ASTA € 846,45**

- . Clip metalliche aventi le seguenti caratteristiche:
- . clip in nitinol precaricate su cappuccio applicatore
- . chiusura a tagliola
- . con denti smussi o con denti acuminati per diverse modalità di chiusura

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
20	2	1	0	0	22

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
Maneggevolezza	Max 70

**LOTTO 145 – BASE D’ASTA € 846,45**

- . **Sistemi di presa del tessuto** per l'introflessione dello stesso nel cappuccio applicatore della clip
- . Pinza a doppia valva
- . Pinza ad ancora
- . compatibile con sistema precedente

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
20	2	2	0	0	24

Il sistema sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
Maneggevolezza	Max 70

**LOTTO 146 - base d'asta € 500,00**

**Sistema per il trattamento endoscopico di perforazioni, sanguinamenti gastrointestinali e chiusura di fistole gastrointestinali** avente le seguenti caratteristiche:

- . clip metalliche a stella in nitinol
- . con sistema di rilascio esterno all'endoscopio
- . applicazione previa aspirazione senza necessità di altri sistemi di presa tissutale

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
25	2	2	15	2	46

Il sistema sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Maneggevolezza	Max 70

**LOTTO 147 - BASE D'ASTA € 39,00**

**Sistema per marcatura endoscopica** avente le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . sterile
- . marcatore in carbone pronto uso
- . in siringa 5 cc.
- . ago con guaina in acciaio rivestito in teflon monouso

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
150	30	20	10	10	220

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Capacità di marchiatura dell'inchiostro	Max 28
biocompatibilità	Max 21
maneggevolezza	Max 21

**LOTTO 148 – BASE D'ASTA € 213,10****Over tube da 25 a 50 cm con controannula di sicurezza, di vario calibro**

avente le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . sterile
- . diametro compatibile con endoscopi varia tipologia
- . lunghezza da 25 a 50 cm.
- . con mandrino per posizionamento
- . punta atraumatica

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
2	1	1	8	1	13

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Agevolezza di posizionamento	Max 28
maneggevolezza	Max 21
flessibilità	Max 21

**LOTTO 149 – BASE D'ASTA € 110,00****Sonda per decompressione colon** avente le seguenti caratteristiche:

- . monouso
- . sterile
- . markers radiopachi
- . intracanalare
- . catetere 10 fr.
- . lunghezza del catetere di drenaggio almeno 170 cm.
- . con filo guida da 0,035

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
50	10	1	12	1	74

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Capacità di drenaggio	Max 28
Scorrevolezza su filo guida	Max 28
Facilità di visione radiologica	Max 14

**LOTTO 150 - BASE D'ASTA € 350,00****Spray emostatico anallergico** avente le seguenti caratteristiche:

- . Rapido blocco dell'emorragia attivo
- . Sistema premontato Comprendente bombola CO2 x vaporizzazione e cateteri intracanalari monouso e pistola

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
50	10	10	10	3	83

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Rapidità d'azione	Max 28
maneggevolezza	Max 14
Caratteristiche del materiale spruzzato	Max 28

**LOTTO 151– BASE D'ASTA € 300,00****sistema per diffusione polvere emostatica anallergica** composto da:

sub.lotto a: clessidra con polvere naturale applicata con sistema comprendente catetere intracanalare monouso

sub.lotto b: minicompressore

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
40	2	1	2	3	48

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Rapidità d'azione	Max 28
maneggevolezza	Max 14
Caratteristiche del materiale spruzzato	Max 28

**LOTTO 152 – BASE D'ASTA € 480,00****Gel emostatico** avente le seguenti caratteristiche:

- . trasparente



- . kit con catetere TTS dedicato da gastro e colon
- . monouso

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
10	6	2	2	0	20

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Rapidità d'azione	Max 35
Facilità di applicazione	Max 35

### **LOTTO 153 – BASE D'ASTA 540,00**

**sonde ibride per sollevamento e dissezione della mucosa con terminale** aventi le seguenti caratteristiche:

- . elettrificato monouso 7 fr.
- . punta a i
- . punta a T
- . punta a pallina isolata

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
40	0	0	0	0	40

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
efficacia di infiltrazione	28
maneggevolezza	28
Facilità di apertura e di chiusura	14

### **LOTTO 154 – BASE D'ASTA 140,00**

**Cartuccia per sonde da sollevamento e mucosectomia monouso**

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
50	0	0	0	0	50



Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Compatibilità con sistema ibrido sollevamento e dissezione mucosa	70

**LOTTO 155 - Sistema endoluminale per terapia vacuum** Composto da:

- spugna, tubo di drenaggio, overtube e spingitore, monouso. Overtube in diverse misure **base d'asta € 224,00**
- bottiglia per vuoto avente le seguenti caratteristiche: possibilità di regolare il vacuum, graduata **base d'asta € 55,00**

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
100	100	50	20	50	320

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Facilità di applicazione	Max 35
Facilità di rimozione	Max 35

**LOTTO 156 - base d'asta € 120,00**

**Dilatatori conici per vie biliari (tipo soehendra)** aventi le seguenti caratteristiche:

- . di diverso calibro, tra 5 e 11,5 fr.
- . monouso
- . rastremati
- . compatibili con filo guida 0.035
- . compatibili con guida corta

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
10	2	2	2	0	16



**A.S.L. VC**

Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
Facilità di scorrimento	Max 14
Flessibilità del materiale	Max 14
Visibilità fluoroscopica del marker radiopaco	Max 42

**LOTTO 157- base d'asta € 20,00**

**Dispositivo medico da inserire all'estremità distale del colonscopio** con funzione di distensione ed appianamento delle pliche del colon avente le seguenti caratteristiche:

- . dotato di alette mobili e flessibili o anello
- . latex free
- . adattabile a varie misure di colonscopio

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
25	15	10	10	5	65

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>punteggio</b>
Maneggevolezza del colonscopio a dispositivo inserito	50
Facilità di montaggio	20